To: 5.1.2e 5.5.1.2e[5.1.2e @breathomix.com]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Thur 2/11/2021 11:13:07 AM
Subject: RE: Cases eNose
Received: Thur 2/11/2021 11:13:07 AM

Hallo 5.1.2e ,

Nog eentje: 5.1.2e

Dit maakt een totaal van 13 verdachte cases na de software update.
3 cases op dezelfde dag.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 15:13
Aan: 5.1.2e 5.5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Cases eNose

He 5.1.2e ,

Nog een laatste.

Enose meting 31 januari 2021 5.1.2e
Positieve 4 feb

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 11:15
Aan: 5.1.2e 5.5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Cases eNose

Hallo 5.1.2e,

In bijgevoegde Excel staan een aantal eNose case.
Dit zijn cases die naar voren zijn gekomen nadat de extra software checks zijn ingebouwd.
In totaal 11 cases van mensen die negatief getest zijn op de ademtest en positief op een PCR.
Bij 3 mensen was de negatieve ademtest en de positieve PCR op dezelfde dag.

In het excel staan de barcodes van de meting. Dan kunnen jullie kijken of je iets vreemds ziet aan deze metingen.
Ik ben nog bezig met het totaal beeld te krijgen van de cases.

Groet 5.1.2e