To: [redacted], [redacted][redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
From: [redacted], [redacted]
Sent: Wed 2/24/2021 11:56:36 AM
Subject: 210222 Opzet PvA gemonitorde doorstart ademtest v0.3 TjL
Received: Wed 2/24/2021 11:56:42 AM
210222 Opzet PvA gemonitorde doorstart ademtest v0.3[redacted].docx

Hoi Beiden,
Een paar kleine suggesties nog.

Ik geef de voorkeur aan "minder dan 2% fout-negatieven" en betrouwbaarheid. Sensitiviteit is een technische term verbonden aan validatiestudie. Is de eigenschap van het apparaat. Nu kijken we naar real world en dan is het net een beetje anders (doorgaans positief/negatief voorspellende waarde = PPV en NPV). Dus om verwarring te voorkomen, zou ik noemen waar we echt naar kijken.

Groet,
[redacted]

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer