

Breathomix

# Inhoud

- Hoe log ik in op het BreathBase platform?
- Werkinstructie Omgevingsmeting
- Het platform geeft aan dat het apparaat niet beschikbaar is.
- Zichtbaar maken van alle sensoren.

Breathomix

# Hoe log ik in op het BreathBase platform?




Breathomix

# Werkinstructie Omgevingsmeting

Aan het begin van de dag wordt gestart met een omgevingsmeting en gedurende de dag wordt deze meting ook uitgevoerd. Het apparaat geeft zelf aan wanneer deze meting gestart moet worden (icoon wordt oranje), maar als er ruimte is in het schema, kan de omgevingsmeting ook eerder gestart worden. De omgevingsmeting duurt minimaal 15 minuten.

LET OP: Als het icoon van het apparaat oranje wordt weergegeven, kan er geen normale meting gestart worden voor cliënten.

LET OP: Na iedere omgevingsmeting, duurt het 5 uur voordat het apparaat oranje wordt weergegeven en om een nieuwe omgevingsmeting vraagt.




Breathomix

# Werkinstructie Omgevingsmeting

Ga naar het tabblad *Metingen* (links). Selecteer een apparaat (1), selecteer **Omgeving** (2) en klik op **Start Meting** (3).




Breathomix


Breathomix
Dashboard
Apparaten
Studies
Metingen
Profiel
Support
Nieuwe meting
Clinicus
Mechteld Brasz
NL
Kies een aparaat
Meting uitvoeren
Voltooid
Resterende tijd
01:44:32
Meting ID
5.1.2e
gw-1000577
2021-01-04 08:38:59
40068
Omgeving verplicht
Type meting
Omgeving
Stop meting
Wilt u deze meting opslaan?
Verwijder
Opslaan
+
-
15
10
5
0
-5
-10
-15
8:41 AM
8:42 AM
8:43 AM
8:44 AM
8:45 AM
8:46 AM
8:47 AM
8:48 AM
8:49 AM
8:50 AM
8:51 AM
8:52 AM
8:53 AM
8:54 AM
Sensor 100
Sensor 101
Sensor 102
Sensor 103
Sensor 300
Sensor 301
Sensor 303
Breathomix ©2020 - Powered by Microsoft and Teknoworks
v2.0.446

# Werkinstructie Omgevingsmeting

Het apparaat is klaar voor gebruik. Je kan direct een nieuwe meting starten of terugkeren naar het metingenoverzicht. Begin de dag met een omgevingsmeting en herhaal deze meting gedurende de dag (bijvoorbeeld tijdens pauzes).




Breathomix

# Het platform geeft aan dat het apparaat niet beschikbaar is.

- Is er ingelogd op het correcte account? (Correspondeert het nummer van de Gateway en het GW ID op het platform?
- Blijft het icoon van het apparaat blauw en geeft het aan dat er een meting aan de gang is? Bekijk hiervoor de volgende slide.




Breathomix

Kies een aparaat — Meting uitvoeren — Voltooid



# Omgeving meting [redacted] voltooid

Keer terug naar het metingenoverzicht om de resultaten te zien en de vragenlijst in te vullen.

Start nieuwe meting

Ga terug naar het metingenoverzicht

# Zichtbaar maken van alle sensoren

Het kan zijn dat sensoren overlappen en dat ze daarom niet allemaal zichtbaar zijn in de grafiek. Je kan de sensoren separaat bekijken door op de sensor te klikken. Als je bijvoorbeeld Sensor 100 en Sensor 300 aanklikt, zijn die niet meer zichtbaar in de grafiek en worden zij grijs weergegeven.




Breathomix

