GGD Amsterdam

Zienswijze GGD Amsterdam – Voortgang project SpiroNose

8 juli 2021

GGD Amsterdam sluit zich aan bij de constateringen van het expertteam en betwijfelt of in deze omstandigheden verdere verificaties tot een positieve conclusie over de prestaties van de ademtest in deze gebruiksomgeving zullen leiden. De afstand tussen de geobserveerde prestaties en de gewenste prestaties, zowel qua fout-negatieven als de totale proportie ademtest-negatieven, is groot. GGD Amsterdam ziet geen concrete verbeterpunten. GGD Amsterdam wacht de ontwikkelingen af en zet tot die tijd het dubbeltesten voort.

Voor een mogelijke onderzoeksfase dient er een gedegen onderzoeksplan, inclusief daarbij behorende financiering, te komen. Het initiatief daarvoor ligt niet bij de GGD Amsterdam.