To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e@ggd.amsterdam.nl]
From: Breathomix Support
Sent: Wed 4/7/2021 12:48:40 PM
Subject: FW: Measurement ID 5.1.2e
Received: Wed 4/7/2021 12:48:47 PM

Beste mevrouw 5.1.2e,

Zoals beloofd zou ik de vraag even terugkoppelen.

Bij grote pieken en dalen vanaf het nulpunt en terug gaat het inderdaad vaak om een weergavefoutje.
Mocht dit nog een keer voorkomen tijdens een COVID-meting dan moet men wel doorgestuurd worden naar de PCR-test.
Als het aanhoudt mag het apparaat opnieuw opgestart worden.

Omdat het hier om een omgevingsmeting ging waar het resultaat plat is bij het terugkijken van de meting is er geen probleem.

Hopelijk is uw vraag hier voldoende mee beantwoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: Breathomix Support
Sent: Wednesday, 7 April 2021 14:06
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Measurement ID 5.1.2e

Beste mevrouw 5.1.2e,

Bedankt voor uw antwoord, goed dat u het aankaart.
Ik zal intern even navragen of dit wellicht te maken heeft met de weergave over de tijdspan, dat zou geen probleem moeten zijn in principe.

Het resultaat van de meting ziet er goed uit, het apparaat kan verder gewoon gebruikt worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e@breathomix.com
W: www.breathomix.com

From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Sent: Wednesday, 7 April 2021 14:00
To: Breathomix Support <5.1.2e@breathomix.com>
Subject: RE: Measurement ID 5.1.2e

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hi,

Ik kijk zojuist terug en de lijnen zijn nu wel vlak.
Ik begrijp eigenlijk niet hoe dat komt.
Toen ik de meting bekeek terwijl hij nog liep maakten de rode en blauwe lijnen echt rechte pieken omhoog en direct weer omlaag.
Echt punten.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e@ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: Breathomix Support <5.1.2e@breathomix.com>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 13:50
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Measurement ID 5.1.2e


Excuses, ik heb hieronder geschreven 5.1.2e, ik bedoel 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

From: Breathomix Support
Sent: Wednesday, 7 April 2021 13:47
To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Measurement ID 5.1.2e

Beste mevrouw 5.1.2e,

Zojuist heb ik even naar de grafiek gekeken, ik zie alleen vlakke lijnen bij meting 5.1.2e (zie hieronder). Heeft u misschien een screenshot van hoe de meting er bij u uit ziet?



Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Sent: Wednesday, 7 April 2021 12:49
To: Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>
Subject: Measurement ID 5.1.2e

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Goeiemiddag,

Excuses dat ik jullie zo vaak contacteer, maar voordat we echt beginnen met dubbeldraaien wil ik deze dingen gewoon weten of opgelost hebben.
Meting 5.1.2e s een omgevingsmeting die ik zojuist heb gedaan.
Deze geeft gedurende de gehele meting hele hoge pieken op de rode en blauwe lijn.
Wat moet ik hiermee?

Wij kunnen momenteel maar van 4 apparaten gebruik maken, die op dit moment allemaal in gebruik zijn.
Het is dus van belang dat ik snel antwoord hier op heb, zodat ik verder kan op dit apparaat en niet hoef te wachten.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer