

Welkom Super Blazers

Wat doen we tijdens een robuuste verificatie (dubbeldraai fase)

Doelstelling van de robuuste verificatie is het verfijnen van de uitvoering voor landelijke implementatie en sensitiviteit* berekenen. Hierbij meten we :

- Hoeveel getest.
- Hoeveel mislukt vanwege systeem.
- Hoeveel geslaagd door systeem (dus onbeoordeelbaar en negatief). Hier kijken we niet naar hoeveel negatief en of dit hoger ligt dan onbeoordeelbaar !
- Hoeveel negatief goedgekeurd en afgekeurd.

Wij kijken tijdens de verificatie niet naar of dit proces rendabel is of de gewenste en/of gehoopte resultaten levert. Wij houden ons alleen bezig met hoe loopt het en hoe kan het beter. Verbeteren van omgeving om een financieel gunstige setting te creëren is tijdens de verificatie ook niet doorslaggevend en/of belangrijk voor de Key Users of de teststraat.

* Sensitiviteit is de gevoeligheid van de test en niet te verwarren met betrouwbaarheid. De test is betrouwbaar, maar ligt de sensitiviteit binnen de criteria van GGD Amsterdam ja of de nee.

Verantwoordelijkheden Key User

- Afnemers opleiden
- Uitvoering proces op de juiste manier
- Veelvoorkomende fouten tackelen
- Afnemers beoordelen, coachen en begeleiden
- Voorkomen dat negatieve metingen afgekeurd worden en analyses mislukt verminderen

Problemen, oplossingen en lopende verbeteringen

Problemen ?	Hoe verbeterd ?
Hoelang duurt de verificatie nog ?	Vanwege lage totale testaantallen is hier voor zowel rai, als venray en buikslotermeerplein geen zicht op. Wel zijn 5.1.2e en ik bezig met kijken naar sloterdijk dus hoe meer locaties hoe meer data en hoe sneller de verificatie voorbij is.
Wat na de verificatie ?	Intentie van GGD Amsterdam is om gebruik te maken van de ademtesten, na de verificatie zullen wij nog even blijven dubbeldraaien en daarna zal de ademtest zonder dubbel draaien ingezet worden. Werken met de ademtest is al goedgekeurd echter zitten wij als gemeente te kijken naar hoe en waar dit het beste werkt en dus het meest rendabel is. Niet rendabel in de RAI betekent niet per definitie dat we in de RAI stoppen met de ademtesten !!!!
Analyse mislukt	Update van bmx over waarom. Diepe inademing minimaal 6 seconden een stabiele lijn.
Hoge waardes	Fouten tijdens afname kunnen leiden tot hogere waardes, tevens ook de omgeving. Aan de omgeving wordt gewerkt door meerdere partijen, fouten tijdens afname liggen bij de Key Users.
Afnemers naar noord ?	Er gaan dagelijks 2 e-nose afnemers naar Noord vanwege te kleine poel vaste medewerkers in Noord. Volgende week inwerkgroep om poel Noord aan te vullen.
Prio Noord ?	Prioriteit ligt bij Noord vanwege positieve ontwikkeling nieuwe inrichting hokjes. Betekent niet dat RAI zonder doel of nut bezig is. De data die wij dagelijks verzamelen helpt enorm bij verbeteren van het gehele proces en bij de landelijke uitrol.

Problemen, oplossingen en lopende verbeteringen

Problemen	Hoe verbeterd ?
Vals negatieven	4 vanaf 23 mei tot 16 juni vanwege interpretatie fout key user. Onjuist beoordeelt breath hold, langzame uitademing en daling rode lijn. 6 vals negatieve tot 23 mei vanwege onjuist interpretatie door afnemer en afgekeurde omgevingsmetingen. Negatieve meting checkt nu de Key User en de omgevingsmetingen checken 2 Key Users per dag.
Hoge aantal onbeoordeelbaar	Fouten tijdens afname kunnen leiden tot grensgevalletjes onbeoordeelbaar. Teven heeft omgeving enorme invloed en klimaatsysteem RAI ook. We zijn bezig met oplossen dus contact RAI, contact LST en contact Loveland. Onbeoordeelbare waardes helpen wel het software met eigen database aanvullen. Vervelend om veel onbeoordeelbare metingen te hebben, maar op mid-range termijn helpen alle metingen aan het verbeteren van het proces.
Meer inzicht, meer inspraak ?	Als Key User kun je inspraak hebben op de manier van uitvoering en het verbeteren van algehele proces in jullie eigen teststraat, echter kun je niet verwachten dat je inspraak hebt op management en/of beleid. Tuurlijk mag je er een mening over hebben en de gevoel van erbij betrokken willen worden is groot, maar niet altijd realistisch.
Last minute wijzigingen, afschalen, opschalen ?	Afhankelijk van de testvraag en van directiegroep. Hebben wij allemaal geen effect op. Helaas betekent werken in een crisis-opstelling dat je veel dingen pas last-minute waarneemt. Niemand weet nog hoelang de vraag bestaat en hoelang de teststraat open blijft dus dit kan ook niet van te voren gecommuniceerd worden.
Apparaten, datastoringen etc	Automatisering is hun eigen netwerk aan het optimaliseren, er zijn nieuwe generatie neuzen ter beschikking en die worden ook gebruikt in Noord en Venray. De neuzen van de RAI worden binnenkort geupdate.

Terugkoppeling data

07 tot 30 mei		Afgekeurd	Herleidbaar tot afnemer	Systeemfout	Vermoedelijk omgeving
Totaal getest	1551				
Totaal onbeoordeelbaar	1304	200	173	120	811
Totaal negatief	368	132	64		

0	87	5
0	63	5
0	68	3
0	39	1
0	35	4
0	69	3
0	62	4
0	91	3
0	77	2
0	56	0
0	65	3
0	36	4
0	53	2
0	145	3
0	143	8

Breakdown mislukte ademcurves ('analysis failed' + mislukt o.b.v. expert opinion)
[Aantal testen][1]



