To: [redacted]
Cc: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Wed 1/13/2021 3:14:09 PM
Subject: RE: Herstart SpiroNose Noord donderdag 14 janauari
Received: Wed 1/13/2021 3:14:10 PM

Super!

[redacted]
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M [redacted]
[redacted]@ggd.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 16:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Herstart SpiroNose Noord donderdag 14 janauari

Hi Allen,

Ik heb het net met [redacted] opgelost. Teststraat 5 en 9 doen het weer!

[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl

ggd.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Herstart SpiroNose Noord donderdag 14 janauari

Beste [redacted],

Ik ga morgen ochtend meerdere malen mijn handen desinfecteren in de buurt van de eNose.
Wat betreft teststraat 5 en 9. Vandaag zijn mensen van de ICT GGD langs geweest om eea te repareren.

Volgens mij kunnen we die dus nu opnieuw opstarten.
@ [redacted], kun jij dat doen?

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e 5. 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:06
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Herstart SpiroNose Noord donderdag 14 janauari

Beste 5.1.2e,

Bedankt, wij zullen morgen een GO geven wanneer dit inderdaad kan. Wel belangrijk is dan ook dat er morgenochtend, hoewel we dan nog niet echt live zijn, de desinfectie doekjes ook dicht in de buurt van de SpiroNose gebruikt worden. We hebben de apparaten die online zijn allemaal aangezet voor testmetingen om zo de omgeving te monitoren tot en met morgen.

Device 577 en 454 (teststraat 5 en 9) zijn niet online en kunnen we daarom vanaf hier niet bedienen. Zijn deze apparaten wel aangesloten? Zo ja, willen jullie deze even opnieuw starten (stekker erin en eruit)? Of is er net als vorige keer een update in firewall oid?

Bedankt,

Groetjes,
5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 14:31
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e 5.5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Herstart SpiroNose Noord donderdag 14 janauari

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

We hebben afgesproken om opnieuw te starten met de spironose in de straat.
Voor de handdesinfectie gaan we de Britts doekjes gebruiken. Er is nog niet getest welk effect dit doekje heeft op de omgevingslucht en de Spironose.
Daarom heb ik met 5.1.2e het volgende afgesproken.

- We starten morgen in de straat met overall de Britts doekjes voor de handdesinfectie.
- Breathomix kijkt aan de achterkant mee met de omgevingslucht. Als dit geen problemen geeft gaan we om 11:00 starten met de eNose.
- 5.1.2e neemt dat even contact met mij op om aan te geven dat het goed is en we live kunnen.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer