To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 5/20/2021 2:14:29 PM
Subject: RE: Support Request from [redacted]
Received: Thur 5/20/2021 2:14:37 PM

Beste [redacted],

Super dat je contact met ons op neemt! Zelf heb ik de curve bekeken en de desbetreffende persoon moet zeker door naar een PCR test. De curve is afgekeurd op de breathhold. Deze dient minimaal 4 sec (3 sec bij de desbetreffende curve) te zijn en mag niet onderbroken worden door een snelle inademing, wat hier wel het geval is. Deze ademhaling is de kleine piek tijdens de breathhold. Ook als hier sprake zou zijn van een goede breathhold zou de persoon in kwestie een vervolg test moeten doen vanwege een te hoge (0,3543, boven de 0,3 door naar vervolgtest). Als er twijfelt over een curve is kan je het beste mensen een vervolgtest laten doen of ons contacten. Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@breathbase.org>
Sent: Thursday, 20 May 2021 15:54
To: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>
Cc: [redacted]@ggd.amsterdam.nl
Subject: Support Request from [redacted]

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

BreathBase Research Portal





Support Request from [redacted] [redacted]

Beste Breathomix, Zie meting 90978. Als ik alle criteria naloop, zie ik in deze grafiek 6 ademhalingen. Na de zesde ademhaling is er een breathhold te zien van 4 seconden. Daarna de diepe uitademing en de meting is op tijd gestopt. Omdat de uitslag onbeoordeelbaar is gaat deze client door naar een PCR afname. Stel dat deze uitslag negatief zou zijn, zou de client meteen naar huis mogen zonder PCR. Zijn jullie het hiermee eens? Mvg, [redacted] Key User Adam RAI [redacted]@ggd.amsterdam.nl

Browser info

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Breathomix B.V.
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands

T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com