

Breathomix

Werk Instructie Ademtest teststraat GGD



Breathomix

Plattegrond Teststraat



Legenda

- A Afnemer
- B Baliemedewerker

Positie cliënt

1. Balie: Aanmelden
2. Gang: Wachten
3. Gang: Water & Uitleg
4. SpiroNose: Meting
5. Vervolgroute: Uitgang/PCR

Tafel voor water

SpiroNose

Breathomix

1. Medewerker meldt de cliënt aan





Breathomix

2. Medewerker geeft pen en instrueert de gebruikte pen in de daarvoor bestemde bak te leggen







Breathomix

4. Cliënt ondertekent toestemminsformulier





Breathomix

5. De baliemedewerker geeft de barcode (welke gekoppeld is aan de cliënt) mee aan de cliënt





Breathomix

6. De baliemedewerker vraagt de cliënt naar links/rechts te lopen en bij de doorgang te wachten op verdere instructie van de afnemer





Breathomix

7. Baliemedewerker zet bekertje water klaar op de daarvoor bestemde tafel





Breathomix

8. De baliemedewerker gaat terug naar zijn/haar werkplek





Breathomix

9. Afnemer (volledig in PBM) trekt in het zicht van de cliënt nieuwe handschoenen aan





Breathomix

10. Afnemer instrueert de cliënt om naar voren te komen





Breathomix

11. Afnemer vraagt de cliënt het toestemmingsformulier in de daarvoor bestemde bak te leggen





Breathomix

12. Afnemer instrueert de cliënt de mond te spoelen en het bekertje leeg te drinken





Breathomix

13. Afnemer instueert de cliënt het lege bekertje in de blauwe (medische) afvalbak weg te gooien





Breathomix

14. Afnemer scant de barcode van de client. Afnemer checkt of de barcode goed is opgeslagen





Breathomix

15. Afnemer instueert de cliënt de barcode in de blauwe (medische) afvalbak weg te gooien





Breathomix

16. Afnemer zet het mondstuk + filter op de SpiroNose





Breathomix

17. Afnemer geeft de neusklem aan de cliënt. Cliënt pakt de neusklem uit de plastic verpakking





Breathomix

18. Afnemer geeft instructies aan de cliënt m.b.t. de ademmanoeuvre

1. 5x **normaal in en uit ademen** door het apparaat
2. Daarna helemaal **diep inademen** en **5 seconden** de adem vasthouden
3. Na 5 seconden heel **langzaam** en **maximaal** uitademen (tot de client echt niet verder kan)
4. Tenslotte nog eenmaal diep inademen en **direct het mondstuk uit de mond**





Breathomix

19. Afnemer stelt de correcte hoogte van de SpiroNose in voor de cliënt.





Breathomix

20. Afnemer selecteert het apparaat en start een normale/regular meting voor het Covid-19 onderzoek





Breathomix

11705469

21. Afnemer laat de cliënt de neusklem opzetten





Breathomix

22. Afnemer begeleidt de cliënt tijdens de ademtest





Breathomix

23. Afnemer stopt de meting (wanneer de sensor waarden weer terug zijn naar normaal) door op ‘Stop meting’ te klikken, gevolgd door ‘Ja’ en ‘Opslaan’







Breathomix

24. Afnemer geeft de uitslag aan de cliënt





- **Negatief** = waarde tussen de 0.0 - 0.3
- **Onbeoordeelbaar** = waarde hoger dan 0.3

Betekenis Negatief =

"De ademtest geeft aan dat u niet besmet bent met het coronavirus, u kunt naar huis"

Betekenis ONBEOORDEELBAAR =

"De ademtest heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen dat u niet besmet bent, daarom moet u een PCR test ondergaan"



Breathomix

24. Afnemer vraagt client de blauwe lijn (negatief: waarde tussen de 0 en 0.3) of de oranje lijn (onbeoordeelbaar: waarde hoger dan 0.3) te volgen







Breathomix

25. Afnemer geeft de uitslag door in CoronIT (Negatief of onbeoordeelbaar)

- SCREENSHOT



Breathomix

26. Afnemer verwijdert het mondstuk en gooit deze weg in de blauwe (medische) afvalbak





Breathomix

27. Afnemer trekt handschoenen uit en gooit deze weg in de blauwe (medische) afvalbak





Breathomix

28. Afnemer desinfecteert de handen met SURE handdesinfectie





Breathomix

29. Afnemer trekt schone handschoenen aan





Breathomix

30. Afnemer pakt een papieren doek en sprayt waterstofperoxide op het doek





Breathomix

31. Afnemer desinfecteert vervolgens de buitenkant van de SpiroNose, het koppelstuk en de standaard





Breathomix

32. Afnemer gooit de papieren doek weg in de blauwe (medische) afvalbak





Breathomix

33. Afnemer trekt de handschoenen uit en gooit deze in de blauwe (medische) afvalbak





Breathomix

34. Afnemer desinfecteert de handen met SURE handdesinfectant





Breathomix

