To: [redacted] [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: Breathomix Support
Sent: Fri 6/18/2021 3:59:40 PM
Subject: RE: meting RAI
Received: Fri 6/18/2021 3:59:47 PM

Dag [redacted],

Natuurlijk! Support is iedere dag tot 22.00 beschikbaar, dus dat hebben wij zeker.
De kwaliteit van deze curve wordt ook goedgekeurd.
Waarschijnlijk twijfelde je aan het stijgen van de rode lijn. Deze wordt genomen vanaf het begin van de meting tot aan het begin van de normale ademhaling.
In dit geval is er een kleine ademhaling op seconde 29, en deze wordt meegenomen als normale ademhaling. Hier worden dus 6 ademhalingen geteld.
Het laatste gedeelte van de stijging van de rode lijn 'beweegt als het ware mee', met de ademhalingsmanoevre omdat hier de normale ademhalingen beginnen.

Hoop dat de interpretatie zo weer wat duidelijker is.

Fijn weekend vast!

Met vriendelijke groeten,
[redacted] [redacted]
[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 18 June 2021 17:40
To: Breathomix Support <[redacted]@breathomix.com>
Subject: RE: meting RAI

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Dankjewel voor je snelle response. Heb je wellicht nog tijd om bijgevoegde meting te interpreteren, (laatste voor vandaag *)

Measurement ID

5.1.2e

gw-1000791

2021-06-11 10:27:18

Survey Tem

COVID-19



Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

GGD Amsterdam

T 5.1.2e

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 17:38
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: meting RAI

Beste 5.1.2e ,

De kwaliteit van deze curve wordt door ons goedgekeurd, want de curve voldoet aan alle criteria.
De breath Hold loopt van 57 tot 3 (het moment waarop de gele lijn weer begint te stijgen), dit is minimaal 4 seconde.
Wel is de meting aan de late kant gestopt. In dit geval wordt de curve op basis hiervan niet afgekeurd omdat de lijnen dalen/stabiliseren en niet stijgen.
Echter, is het late stoppen een belangrijk aandachtspunt voor de afnemer.

Ik hoop dat je vraag hiermee voldoende beantwoord is. Mocht je nog andere vragen hebben, dan horen wij dit graag!

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 18 June 2021 17:25
To: Breathomix Support <5.1.2e @breathomix.com>
Subject: RE: meting RAI

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hey dankjewel, Ik heb er nog een

Measurement ID

5.1.2e

gw-1000797

2021-06-11 10:30:27

Survey Temp

COVID-19



De vraag is of je deze zou afkeuren vanwege onregelmatige normale ademhalingen ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

GGD Amsterdam

T 5.1.2e

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 12:10
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: meting RAI

Beste 5.1.2e,

De meting moet worden afgekeurd. Na de 5 normale ademhalingen, is er een poging tot breathhold te zien. Er wordt te vroeg uigeademd en daarna wordt de adem manoeuvre verder uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com



From: 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 18 June 2021 11:13
To: Breathomix Support <5.1.2e @breathomix.com>
Subject: meting RAI

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Beste lezer,

Zouden jullie onderstaande negatieve meting goedkeuren of afkeuren ? De Key User twijfelde hierover.

Measuremen[redacted]

Measurement ID

[redacted]

gw-1000790

2021-06-09 10:00:30

Survey Template

COVID-19

Measure

Regular



Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

GGD Amsterdam

T [redacted]

[redacted]@ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer