Geachte heer 5.1.2e ,

Op 3 juni heeft het Landelijk Expertteam Ademtest gesproken met de GGD GHOR, GGD Amsterdam en Breathomix, over het parallel opstarten van de verificatie op meerdere sites. Het Expertteam heeft aangegeven de voordelen daarvan in te zien.

In dat overleg is door de uitrolteams ook gevraagd of het starten van de robuuste verificatie op meerdere locaties van invloed is op het benodigde aantal NAAT-positieven per locatie.

Het Expertteam adviseert om vast te houden aan het eerder opgestelde protocol, met de 100 NAAT-positieven, voor de robuuste verificatie op elke individuele locatie. Dat geldt ook als die verificatie parallel wordt gestart, op meerdere locaties.

De eerste verificatie is robuust opgezet vanwege de gerezen bezorgdheid of de gewenste hoge sensitiviteit kan worden behaald in een gebruiksomgeving. De eerste resultaten, die het Expertteam onlangs heeft ontvangen, lieten zien dat verdere aanpassingen nodig waren, en dat die aanpassingen locatie-specifiek kunnen zijn. Aangezien de verificatie per locatie wordt opgezet, dient de robuuste verificatie ook per locatie te worden afgerond.

Het Expertteam wil graag benadrukken dat het benodigde aantal NAAT-positieven voor een reguliere verificatie, na een geslaagde robuuste verificatie, lager zal zijn dan de 100 NAAT-positieven van de eerste, robuuste verificaties. Voordat een reguliere verificatie kan volstaan, moet er echter voldoende vertrouwen in de ademtest worden opgebouwd, middels de robuuste verificatie(s).

Ten slotte wil het Expertteam benadrukken te hechten aan tussentijdse rapportages. Als de robuuste verificatie van start is gegaan, ziet het Expertteam graag wekelijkse rapportages tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Expertteam Ademtest

