To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rai.nl]; 5.1.2e 5 5.1.2e [5.1.2e @rai.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @kpmg.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Mon 3/22/2021 9:45:00 AM
Subject: RE: Omgevingsvereisten ademtest
Received: Mon 3/22/2021 9:45:06 AM

Hallo Allemaal,

Zojuist heb ik 5.1.2e gesproken.
5.1.2e zegt dat de locatievereisten geen probleem zijn voor de RAI.

Desinfectie zonder alcohol is aan de GGD.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 22 maart 2021 08:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rai.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @rai.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Omgevingsvereisten ademtest

Geodemorgen 5.1.2e en 5.1.2e ,

Zoals jullie weten zijn we druk bezig met de herstart van de sprionose. Kunnen jullie aangeven of we op de RAI voldoen aan onderstaande zaken ?

Groeten

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Verzonden: zaterdag 20 maart 2021 15:30

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Omgevingsvereisten ademtest

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Het heeft een behoorlijke tijd geduurd, maar uiteindelijk hebben we een nieuw document met de locatievereisten (1 - Handleiding SpiroNose en BreathBase, paragraaf 10.4 op pagina 20).

10.4. Omgeving

De SpiroNose is een open systeem waardoor de omgeving van invloed kan zijn op de sensoruitslagen. Ondanks dat er nauwkeurig gecorrigeerd wordt voor de omgevingslucht, levert een stabiele omgeving het meest betrouwbare resultaat. Wij raden daarom aan de SARS-CoV-2 ademtest in een aparte, goed geventileerde ruimte uit te voeren en ervoor te zorgen dat de omgeving voldoet aan onderstaande randvoorwaarden.

Vereisten voor omgeving van de SpiroNose:

- MIN temp = 10°C;
- MAX temp = 30°C;
- Instelling verwarming mag niet hoger zijn dan 20°C;
- Geen temperatuurschommelingen van >3°C gedurende 4 uur;
- Geen tocht/wind langs de SpiroNose;
- Geen uitlaatgassen van o.a. auto's, diesel aggregaat;
- Geen gebruik van desinfectiemiddelen met alcohol;
- Geen gebruik van schoonmaakmiddelen met alcohol;
- Geen verwarmingselement of ventilator in de directe omgeving van de SpiroNose;

Zouden jullie kunnen kijken of deze in orde zijn op de RAI, zodat Breathomix z.s.m. kan controleren en de locatie 'open kan geven'?

Alvast bedankt!

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e@gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer