To: [redacted], [redacted] [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted], [redacted] [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted], [redacted]
Sent: Fri 1/22/2021 3:59:11 PM
Subject: Fwd: Overdracht 22-1
Received: Fri 1/22/2021 3:59:12 PM

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[redacted], [redacted]"
Datum: 22 januari 2021 om 16:26:36 CET
Aan: [redacted] "[redacted], [redacted]"
Kopie: "[redacted], [redacted]" , "[redacted], [redacted] [redacted]"
Onderwerp: Overdracht 22-1

Dames,

Overdracht 22-1

Aantal afspraken: **198**
No show: 4

e-Nose: **146**
Onbeoordeelbaar: 16

Ontwikkelingen:

- Hectische ochtend. Geen ondersteuning vanuit de RAI, eigenlijk kan dit nog niet. Gelukkig kon [redacted] vandaag e-Nose ondersteunen, zonder haar had ik het niet gered. Ik heb haar komend weekend ook op het rooster als e-Nose aanspreekpunt gezet i.o.m. [redacted], wellicht kan ze daar financieel voor gecompenseerd worden? [redacted] vandaag FM en kan niet helpen bij e-Nose, die is er nog niet op ingewerkt en het is best specialistisch.
- Nauw contact gehouden met Breathomix om de waarden en uitkomsten in de gaten te houden. Het is fijn om zo snel te kunnen schakelen, dit is ook echt nog nodig. Als een afnemer even niet oplet of geen heldere instructie geeft (of cliënt snapt gewoon niet) komt er geen mooie, soepele grafiek uit de test en is de test niet betrouwbaar.

  Hier moet de komende weken nog intensief op gecontroleerd worden om betrouwbaarheid te kunnen garanderen.
  Bij twijfel of een test gelukt is, áltijd doorsturen naar PCR.
- Straat 5 is op dit moment af en aan instabiel. De waarden liggen zo nu en dan te hoog bij het begin van de meting. In de gaten houden; wanneer de blauwe lijn boven de 10 ligt bij aanvang van de meting is deze niet betrouwbaar!
- De heren van Farmusol kwamen langs om de opstellingen te bekijken, omdat ze Breathomix ondersteunen met alle hardware om de e-Nose heen. Ze kwamen met het geweldige idee om rond mei de blaastest in de op de ABC-eilanden uit te rollen en mij mee te nemen als coördinator. Ik zeg JA!
- De controle buizen met de bijbehorende toestemmingsformulieren blijven een probleem, vandaag ging het weer rommelig, omdat het een aantal dagen verkeerd is gegaan. [redacted], ik zou morgen ochtend tijdens de dagstart het proces nog even heel duidelijk uitleggen en des noods morgen op de vloer even begeleiden, zodat het goed gaat.
- [redacted] zijn vandaag ook ingewerkt op de e-Nose en zelfstandig inzetbaar.
- Straat 5 is instabiel, [redacted], houd deze morgen goed in de gaten. Als hij niet goed werkt, dicht gooien!
- De e-Nose gaat wel echt af op de deBritt doekjes, dus zo min mogelijk gebruiken!

Om 12 uur naar huis:

- 5.1.2e

Om 13:30 uur naar huis (niet handig, weet ik, maar 5.1.2e had dit per ongeluk toegezegd):

- 5.1.2e 5.1.2e

Succes morgen 5.1.2e en tot zondag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e@ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl