To: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Thur 6/17/2021 3:44:35 PM
Subject: RE: Platte data zoals gestuurd naar het expertteam en samenvatting artsen overleg 16-6
Received: Thur 6/17/2021 3:44:39 PM

Beste mensen,

Bij deze de aanvulling ten aanzien van de RAI.
[redacted] en [redacted] merken op dat het nu net lijkt alsof de RAI niet meer wordt mee genomen in de robuuste verificatie.

De robuuste verificatie is in de RAI gestart. Hier is een uitgebreide analyse van gemaakt.
We zien dat de RAI op dit moment niet voldoet aan de SAT. Het is onduidelijk in hoeverre de tegenvallende resultaten in de RAI veroorzaakt worden door autodampen of door andere factoren.
Om deze reden is besloten om de verificatie in regio Amsterdam voort te zetten in Buikslotermeerplein. Doordat de robuuste verificatie ook in Venray en in Apeldoorn loop kan er beter zicht worden gekregen op locatie specifieke factoren.
De bevindingen die in de RAI zijn opgedaan blijven een onderdeel van de robuuste verificatie en zullen worden meegenomen in het grotere plaatje.

Akkoord met deze verwoording?

Groetjes [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 17:13
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Platte data zoals gestuurd naar het expertteam en samenvatting artsen overleg 16-6

Hoi [redacted],
Dank voor je verslag erop vertrouwend, dat ook het over RAI besprokene er nog aan toegevoegd zal worden. Zou je mij nog die presentatie willen doorsturen? Want die zat er in de eerdere mail aan mij niet bijgevoegd.
Vr grt,
[redacted]

[redacted]
GGD-Amsterdam
Email: [redacted]@ggd.amsterdam.nl
Mobile: [redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 13:56
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Platte data zoals gestuurd naar het expertteam en samenvatting artsen overleg 16-6

Ik realiseer me dat ik ons gesprek over de RAI niet in de samenvatting heb opgenomen.
Dit volgt.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 13:36
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @ggdnog.nl; 5.1.2e .2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdfryslan.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Platte data zoals gestuurd naar het expertteam en samenvatting artsen overleg 16-6

Beste mensen,

Analyses
Bij deze de powerpoint met de platte data zoals ik ze vandaag ook met jullie besproken heb.
De verdiepende analyse was nog niet ver genoeg af om met elkaar door te kunnen nemen.

In kaart brengen items die medische verantwoordelijkheid complex maken
We hebben besproken dat er steeds iets nieuws bij komt dat het verhaal van medische verantwoordelijkheid nemen complexer maakt.
Concreet voorbeeld is het verwisselen van oude eNoses voor een nieuwe eNose met mogelijkheid tot bufferen. Ook de mededeling dat bij minor data verlies het algoritme deze missende data imputeert en vervolgens alsnog een uitslag geeft is nieuwe informatie waarvan de consequenties voor de medische verantwoordelijkheid nog niet zijn te overzien. 5.1.2e moet dit nog verder uitzoeken.

We hebben besproken dat we al deze items die steeds naar voren komen en die een rol spelen in het nemen van medische verantwoordelijkheid een rol spelen complex maken op een rijtje gaan zetten. 5.1.2e zal hier een voorzet voor doen morgen, of begin volgende week. Het doel is om een goed totaalbeeld te krijgen van al deze items. Hoe we hierover met elkaar en met anderen het gesprek aan zullen gaan zal hierna volgen.
Ook zal 5.1.2e een voorzet doen voor een overzicht over hoe we vanuit het perspectief van de arts maatschappij en gezondheid naar de ademtest in bredere context kijken.

Geen ademtest na positieve zelftest
In Amsterdam heeft zich een paar gevallen voorgedaan van positieve zelftest, negatieve ademtest, positieve PCR. Dit geeft veel onrust bij de cliënt. Vanuit verificatie perspectief is er geen reden om mensen met een positieve zelftest te excluderen, sterker nog het versnelt het proces.
Vanuit de rol van medisch verantwoordelijke is de visie dat in dit geval het belang van de individuele cliënt zwaarder weegt dan de verificatie. Besloten wordt dat om deze reden op alle testlocaties mensen na positieve zelftest geen ademtest wordt aangeboden.
In de verificatie testen we het systeem, dus als iemand na positieve zelftest toch een ademtest krijgt, wordt de uitslag wel mee genomen in de analyses. Dit geldt ook voor cliënten die om een andere reden niet in aanmerking komen voor de ademtest.
In de fase na de verificatie is het niet zinvol om mensen na positieve zelftest een ademtest te geven, gezien hun hoge a priori kans op een onbepaalde uitslag.

Groetjes 5.1.2e

5.1.2e 5 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

GGD GHOR NEDERLAND

Zwarte Woud 2 E-mail : 5.1.2e @ggdghor.nl

3524 SJ Utrecht Website : www.ggdghor.nl

Telefoon: 5.1.2e Mobiel : 5.1.2e

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer