Document beleid op basis van performance

Hieronder staan in verschillende tabellen het beleid dat gevoerd moet worden.

Er zijn twee beleidswegen die naast elkaar bestaan en simultaan uitgevoerd kunnen worden:

- Beleid op basis van sensitiviteit
- Beleid op basis van overige KPI's

- In de tabellen wordt het beleid op hoofdlijnen weergegeven
- Daaronder wordt de gestructureerde analyse uitgewerkt

Beleid op basis van sensitiviteit

Verificatie light	Aantal FN	Beleid
Sensitiviteit binnen marge passend bij 95%	x	Door naar monitoring
Sensitiviteit net niet binnen marge passend bij 95%	xx	Door met dubbel draaien: (=verkleinen 95% BI) Gestructureerde analyse
Sensitiviteit ruim buiten marge passend bij 95%	xxx	Door met dubbel draaien Gestructureerde analyse Voor een audit uit Schakel GGD GHOR en Breathomix in Start nieuwe verificatie

Monitoring	Aantal FN, gecorrigeerd voor steekproefgrootte	Beleid
Sensitiviteit binnen marge passend bij 95%	x	Door met monitoring
Sensitiviteit net niet binnen marge passend bij 95%	xx	Verhoog steekproef/kortdurend dubbeldraaine Gestructureerde analyse
Sensitiviteit ruim buiten marge passend bij 95%	xxx	Start met dubbeldraaien Gestructureerde analyse Voer een audit uit Schakel GGD GHOR en Breathomix in Start nieuwe verificatie

Beleid op basis van overige KPI's

Binnen bandbreedte	Percentage	Beleid
Niet geslaagd, obv oordeel afnemer	xx%	Door naar monitoring
Analyse onzeker	xx%	Door naar monitoring
Analyse mislukt	xx%	Door naar monitoring
Onbepaald	xx%	Door naar monitoring
Negatief	xx%	Door naar monitoring

Net niet niet bandbreedte	Percentage	Beleid
Niet geslaagd, obv oordeel afnemer	xx%	Gestructureende analyse
Analyse onzeker	xx%	Gestructureende analyse
Analyse mislukt	xx%	Gestructureende analyse
Onbepaald	xx%	Gestructureende analyse
Negatief	xx%	Gestructureende analyse

Ruim buiten bandbreedte	Percentage	Beleid
Niet geslaagd, obv oordeel afnemer	xx%	Gestructureerde analyse Voer een audit uit Overleg met GGD GHOR en Breathomix
Analyse onzeker	xx%	Gestructureerde analyse Voer een audit uit Overleg met GGD GHOR en Breathomix
Analyse mislukt	xx%	Gestructureerde analyse Voer een audit uit Overleg met GGD GHOR en Breathomix
Onbepaald	xx%	Gestructureerde analyse Voer een audit uit Overleg met GGD GHOR en Breathomix
Negatief	xx%	Gestructureerde analyse Voer een audit uit Overleg met GGD GHOR en Breathomix

Beleid per KPI

Sensitiviteit

- Diepte analyse fout negatieven:
  - Expertview Breathomix van curve
  - Relateren aan apparaat en afnemer
  - Relateren aan temperatuurlog
  - Controle op klikfouten
  - Relateren aan incidentenlog
  - Relateren aan omgevingsmetingen
- Op basis van uitkomsten vervolganalyses

Bij sensitiviteit ruim buiten marge 95% toevoegen

- Voor een nieuwe uitgebreide omgevingsmeting uit
- Overweeg een nieuwe site acceptance test
- Doe een volledige audit

Niet geslaagd, obv oordeel afnemer

- Splits uit per apparaat
- Splits uit per testafnemer

- Oorzaak kan liggen in te veel afgekeurde curves
- Oorzaak kan liggen in tekenen instabiele omgeving, alcohol
- Oorzaak kan liggen in verkeerde afnametechniek
- Beoordeel de betreffende curves en doe oorzaak analyse obv resultaat interpretatie document (zie onderaan dit document)

Analyse onzeker

- Splits uit per apparaat
- Splits uit per testafnemer
- Oorzaak ligt meestal in omgeving
- Check of er relatie is met temperatuurschommelingen
- Check clustering over de dag
- Check of er relatie is met incidentenlog
- Controleer of de omgevingsmetingen correct zijn beoordeeld

Analyse mislukt

- Splits uit per apparaat
- Splits uit per testafnemer
- Oorzaak ligt meestal aan afnametechniek
- Check curves en doe oorzaak analyse obv resultaat interpretatie document (zie onderaan dit document)

Onbepaald

- Splits uit per apparaat
- Splits uit per testafnemer
- Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Negatief

- Oorzaak ligt bij de andere KPI's

Beoordeling van curves op basis van resultaat interpretatie document

- Beoordeling obv resultaat interpretatie document:
- Geen 4-6 rustige ademhalingen
- Sensorlijnen stijgen meer dan 3 punten voor normale ademhaling
- Sensorlijnen dalen meer dan 3 punten tijdens normale ademhalingen
- Geen dalende lijn van 5 seconden
- Geen stijgende lijn van 6 seconden
- Sensorlijn niet max 1 punt hoger bij maximale uitademing
- Meting loopt geen 5 seconden door na de piek.
- Lijnen stijgen weer na initiële daling.

Op basis van de uitkomsten moet er extra scholing worden gegeven aan de individu of de groep.
Het kan nodig zijn om ad random nog een aantal ander curves te (laten) beoordelen.