To: 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Mon 5/17/2021 1:50:55 PM
Subject: RE: Vraagje :)
Received: Mon 5/17/2021 1:50:00 PM

Hee,

Yes, dat is inderdaad goed nieuws! We zullen het delen met de afnemers en rest van de crew!

Verder zijn er nog altijd véél meer onbeoordeelbare scores dan eerst, weten jullie iets van de aanleiding hiervan?

Groetjes!
5.1.2e


Van: 5.1.2e <5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: maandag 17 mei 2021 15:24
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl
Onderwerp: RE: Vraagje :)

Ha 5.1.2e en 5.1.2e,

Waarschijnlijk hebben jullie al gezien dat de y-as veranderd is in het platform. Hiermee kan je veel beter het verschil in punten bepalen.
Daarnaast is ook de resultaat interpretatie iets veranderd. Ik raad jullie aan naar de nieuwe resultaat interpretatie documenten te kijken. Omdat deze mogelijk nog niet geupdate zijn op het platform, hieronder heb ik beide veranderingen beschreven.

1. Zoals onze mail conversatie hier beneden nog aangaf dat het echt minimaal 1 punt moet zijn, zijn de curves bekeken en ook bij 0.5 verschil gaat het goed met het algoritme. Vandaar dat er nu minimal 0.5 punt verschil moet zijn.

2. Daarnaast kijken we naar een daling van de rode lijn voorafgaand aan de meting (zoals we deden) tot het hoogste punt van de laatste normale ademhaling. Dus het gaat om de eerste lijn van blokje 1 en de tweede lijn van het blok.



Als het goed is goed nieuws, hiermee kan je veel meer metingen goedkeuren!
Morgen en overmorgen krijgen jullie nieuwe users die opgeleid gaan worden tot key-user. Ik vond het wel netjes jullie een heads-up te geven.
Normaal gaat het contact natuurlijk via support, maar mocht je vragen hebben, laat het mij of support even weten.

Groet,

5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden

The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

From: 5.1.2e
Sent: Tuesday, 11 May 2021 14:51
To: 5.1.2e , 5.1.2e
Cc: Breathomix Support
Subject: RE: Vraagje :)

Klopt inderdaad. Maar we zijn bezig met een ontwikkeling om ook de punten op de y-as beter te kunnen bepalen. Tot dan moet je het zelf inschatten en dan adviseren wij om het bij twijfel af te keuren.

Het algoritme kijkt naar het vast houden van de adem en de maximale uitademing.

Ik neem graag de tijd om je vragen te beantwoorden, maar de volgende keer is het het beste om support te benaderen. Zij verzamelen ook alle vragen, zodat we weten waar we nog meer informatie over moeten verschaffen. Ik heb ze in de CC gezet *

Fijne dag!

5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Tuesday, 11 May 2021 14:08
To: 5.1.2e
Subject: RE: Vraagje :)

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Yes! Ja ik vroeg t me deels af omdat heel vaak die gele lijn bij de diepe uitademing wel hoger, maar niet veel hoger ligt dan de laatste normale uitademing (bijv ong 0.8). Bij twijfel is deze dan afgekeurd neem ik aan?

Daarnaast heeft de score die uit de test komt, met meer te maken dan enkel de analyse van de diepe uitademing toch?

Thanks weer!

Groetjes,
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@breathomix.com>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 12:55
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Vraagje :)

Ha 5.1.2e,

Klopt inderdaad. Het gaat er hierbij om dat die laatste piek veel VOCs moet detecteren. Daarom wil je ook dat die piek een punt hoger ligt, het verschilt immers van de vijf normale ademhalingen. Is hiermee je vraag beantwoord?

Groetjes,

5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e
E: 5.1.2e@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Tuesday, 11 May 2021 12:49
To: 5.1.2e
Subject: Vraagje :)

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hi 5.1.2e,

Even een grafiek specifiek vraagje; als de diepe uitademing niet 1 punt hoger ligt dan de laatste normale uitademing, dan is de test zodoende onbeoordeelbaar toch? Ondanks dat de piek wordt herkend.

Bedankt!

Groet,
5.1.2e

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer