**To:** [redacted]
**Cc:** [redacted]
**From:** [redacted]
**Sent:** Tue 6/22/2021 10:38:42 AM
**Subject:** RE: Nieuwe rapportage platte data en cumulatieve platte data
**Received:** Tue 6/22/2021 10:38:43 AM

Dank [redacted].

Opvallend dat de de eerdere problemen opnieuw geconstateerd worden: in Apeldoorn bv heel veel “onbepaald”; in Venray veel afgekeurd en analyse mislukt; in A-dam Noord teveel fout-negatieven. Blijkbaar toch heel weerbarstig in de praktijk; heel jammer.

W.b. de vraag over de wijze van betrouwbaarheidsintervallen berekenen: ik stel voor dat [redacted] daarvoor een expliciet afspraak maakt met [redacted].

Groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted] ) < [redacted] @minvws.nl>
**Verzonden:** maandag 21 juni 2021 21:32
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** FW: Nieuwe rapportage platte data en cumulatieve platte data

Dag allen,

In de bijlagen de nieuwste rapportage van de robuuste verificatie. Onderstaand de begeleidende mail van [redacted].

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted] < [redacted] @ggdghor.nl>
**Verzonden:** maandag 21 juni 2021 21:28
**Aan:** [redacted] < [redacted] @minvws.nl>
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** Nieuwe rapportage platte data en cumulatieve platte data

Geachte leden van het expertteam,

Bij deze sturen wij u de nieuwe rapportage van platte data en de cumulatieve platte data. Zoals u zult zien heeft locatie Buikslotermeer nu 5 fout negatieven. Omdat de grens van vier fout negatieven hiermee overschreden is heeft GGD Amsterdam van deze fout negatieven alvast een verdere analyse gemaakt. De uitgebreidere verdiepende analyse volgt dan einde van de week. Op donderdag zullen wij met de GGD’en en Breathomix samen komen en de verdiepende analyses samen bespreken. Wij zullen dan ook met elkaar bespreken welke vervolgstappen wij op basis hiervan zien.

In uw mail gaf u een aantal suggesties voor het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen (Wilson, Clopper-Pearson, een eenzijdige test of enkelzijdig rapporteren). Graag zouden wij eenmalig samen met één van uw commissieleden hier naar kijken zodat we samen een besluit kunnen nemen over welk betrouwbaarheidsinterval het beste past voor welke waarde. Dan zullen wij daarna volgens deze afspraak de betrouwbaarheidsintervallen rapporteren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

E-mail : 5.1.2e @ggdghor.nl
Website : www.ggdghor.nl

Mobiel: 5.1.2e

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.