To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e 5 5.1.2e | 5.1.2e @berenschot.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 5/19/2021 7:13:00 AM
Subject: RE: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest
Received: Wed 5/19/2021 7:13:03 AM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Enkele suggesties van mijn kant.

Groet,
5.1.2e

Situatie:
Afwijkende omgevingsmeting wordt niet herkend of wel, maar niet geaccordeerd.
Voorstel aanpassing:
een verrichte omgevingsmeting moet worden goedgekeurd, voordat analyses kunnen worden verricht. Dus na een niet-goedgekeurde omgevingsmeting analyses blokkeren. Metingen ook opslaan.
Verwacht resultaat:
na afwijkende omgevingsmeting kunnen daardoor geen fout-negatieven of -positieven ontstaan.

Situatie: uitslagen worden onjuist overgenomen in coronIT.
Voorstel aanpassing: op andere/betere manier borgen dat dit niet of moeilijk kan. (ik weet niet hoe het nu gaat.) Hierbij ook analyseren waardoor dit gebeurt: zitten klikhokjes vlakbij elkaar, dus makkelijk verkeerd aanklikken? Kunnen de opties verduidelijkt worden met kleuren. Bij voorkeur rechtstreekse koppeling.
Verwacht resultaat: minder kans op verkeerd invoeren van de analyse-uitslag.

Situatie: 2 fout-negatieven zijn niet te verklaren
Voorstel aanpassing: beoordeel het aantal fout negatieven ten opzichte van het acceptabele aantal fout negatieven (geen enkele test is 100% sensitief). Af en toe een fout-negatieve analyse kan geaccepteerd worden, en mag dus ook onverklaard blijven
Verwacht resultaat: enkele foutnegatieven leiden niet per se tot onterechte negatieve beeldvorming rond het apparaat

Situatie: afgekeurd door <4s adem vasthouden en max. uitdameing niet hoger dan voorgaand, of te veel normale ademhalingen komt veel voor.
Voorstel aanpassing: personeel aanvullend trainen om hier meer op te letten en dit meer te coachen bij de client.
Verwacht resultaat: minder afgekeurde ademcurves.

Van: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists <5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 17:42
Aan: 5.1.2e 5 5.1.2e <5.1.2e @berenschot.nl>
Onderwerp: RE: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest

Beste allen,

In navolging op de bijeenkomst van zojuist hierbij de vraag om jullie suggesties o.b.v. de data-analyse van vandaag via de mail te delen met 5.1.2e (5.1.2e @berenschot.nl) en mij (5.1.2e @gupta-strategists.nl), via ommegaande e-mail vóór morgen 12:00.


Graag het volgende format gebruiken, zodat we de suggesties effectief kunnen bundelen:

- **Situatie**: welke inzichten in de data geven aanleiding tot de voorgestelde aanpassing?
- **Voorstel aanpassing**: hoe ziet de aanpassing er concreet uit?
- **Verwacht resultaat**: welke verandering in uitkomst is verwacht?

Alvast bedankt voor de bijdrage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



1. 5.1.2e 5. 5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists
Sent: 17 May 2021 22:58
To: 5.1.2e @breathomix.com' < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @berenschot.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e Landelijk Serviceloket <5.1.2e @landelijkserviceloket.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @berenschot.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @vrln.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdfryslan.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @planet.nl>; 5.1.2e ; 5 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e 5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Subject: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest


Beste allen,

In voorbereiding op het overleg van morgen ontvangen jullie hierbij de tussentijdse analyse van de robuuste verificatie op de RAI. Het document bevat inzichten op basis van de data die tijdens de eerst vier draaidagen is verzameld.

Dit document zal de leidraad zijn voor de bijeenkomst van morgen. Doel van deze eerste meeting is vraagverheldering en gezamenlijke beeldvorming. In een tweede bijeenkomst bespreken we de ideeën, opties en suggesties op basis van deze beeldvorming. De inhoud is vertrouwelijk en mag niet verder verspreid worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



1. 5.1.2e 5. 5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân:
Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender te informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl, www.ggdfryslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl.