Issue lijst SpiroNose

Dinsdag 5 januari 2021

- Per ongeluk positief aangeklikt terwijl het negatief moest zijn
- Dispensers gaan kapot. 3 stuk leeg gelopen.
- Uitslag is snel te zien op coronatest.nl. maar nog niet zichtbaar in CoronIT onder labuitslagen.
- Sure handdesinfect zorgt ervoor dat handschoenen moeilijker aangaan. Dit vertraagt ook in de PCR straten.
- Mensen klagen dat hun handen kapot gaan met Sure desinfect.
- Onbepaald. Mensen vullen niet altijd eNose nummer er in

55 samples vandaag (100%)
9 onbepaald alsnog een PCR (16,3%)

Doorlooptijden

- Begin van de dag. Hele proces 8 minuten
- Laatste pesoon. Hele proces 4:20:
  Waarvan 1:20 invullen toestemmingsformulier
  Waarvan 3:01 afname

Woensdag 6 januari 2021

- Hand desinfectie blijft een probleem. Het levert vertraging op in de PCR straat en mensen krijgen last van hun handen.
- Tijdelijke oplossing handcrème
- ICT storing. Probleem lag bij ICT GGD Amsterdam. Belangrijk om correcte lijnen te volgen om het op te lossen bellen met
- Mensen dubbele formulieren meegeven

50 samples (100 %)
10 onbepaald alsnog een PCR

Donderdag 7 januari 2021

- Teststraat 7 gaf alleen negatieve. Onzekerheid bij medewerkers of dit wel klopt. ook vrouw met reuk en smaak verlies. Mail verkeer met Breathomix om te checken of er iets mis gaat. Volgens breathomix niet.
- Wederom veel last van de handen.
- Voorstel om handalcohol bij PCR terug te zetten. Vraag heeft dit effect op de eNose.
- 5.1.2e gaat met 5.1.2e 5.1.2e aan de slag om alternatieve desinfectie te zoeken.
- 5.1.2e heeft vochtige doekjes geregeld voor het schoonmaken van je handen (de Britts) voor afwisseling in eNose straat

45 samples in 3 teststraten
onbepaalde zijn niet geboekt in eNose omgeving en zo dus niet terug te zien in CoronIT

<u>Plan RAI</u>

- Overleg 5.1.2e en 5.1.2e
- Plan: loopstraat RAI inrichten naar voorbeeld hokjes ZuidOost en Noord
- 5.1.2e regelt plattegronden hokjes en levert die aan bij 5.1.2e
- 5.1.2e kijkt met bouwers RAI hoe ze dit kunnen fixen. Plus afstemming ICT GGD voor levering materialen.
- 5 straten PCR worden nu gebruikt. Als we die beschikbaar houden kunnen we de rest eNose doen.
- Als we gaan starten doen we een Kick off einde van de dag. Presentatie, Pizza en instructies. Mensen enthousiasmeren.

- Eerst leren van Noord. Evaluatie en oplossen issues. Als we eea goed loopt kunnen we opschalen naar de RAI.

Update 15 januari 2020

1.Doorlooptijden: 1ste administratie balie Spironose; afname Spironose; 2de administratie Spironose .

Tussen de 3 min 40 sec en 6 minuten voor het gehele proces.
Admin duurt 60 sec.
Schoonmaken duurt 30 sec tot 1,5 minuut.

2. Aantal mensen die gebruik gemaakt hebben van de Spironose t.o.v. het aantal geplande mensen

Afspraken voor Noord: 346
No shows: 13
E-nose: 139
Onbeoordeelbaar: 13

3. Suggesties voor verbeteringen

Rechten voor monsterregistratie sneller verkrijgen. Kunnen we niet bellen hiervoor?

4. Opvallende zaken

5. Risico's op kruisbesmettingen
Wanneer het druk is moet de straat voor onbeoordeelbaar (4 of 13) alleen open zijn voor onbeoordeelbaren en niet ook voor normale PCR. Anders lopen patiënten elkaar tegemoet.

6. Weten de medewerkers wat ze moeten doen? Hoe komt dit? En kunnen we dit verbeteren?

Inwerken door het gewoon te doen werkt het beste. De trainer kijkt eerst mee met admin en daarna met de afnemer. Eerst oefenen op een collega. Alleen uitleggen werkt niet, want dan weten ze nog niet wat ze moeten doen wanneer een patiënt komt.
De patiënt instrueren kost de meeste tijd. Wellicht kan een script houvast bieden zodat je niet meer zegt dan nodig.

7. Overige

Bijzonderheden:

5.1.2e belde op met de mededeling dat als de uitslag 0,001 en lager is, de patiënt onbeoordeelbaar is en een PCR test moet ondergaan. Breathomix kan bij deze waarden niet garanderen dat de test betrouwbaar is.

Probleem:
Een patiënt kwam lager uit dan 0,001 en de medewerker stuurde de patiënt weg met een negatieve uitslag. De patiënt had nog een PCR test moeten ondergaan. Omdat de barcode weg is gegooid, is het niet meer te achterhalen wie die patiënt was.

Oplossing:
Barcode altijd op het toestemmingsformulier laten plakken door admin. De afnemer noteert ook het metingsnummer van Breathbase op het formulier. Zo kunnen we altijd achterhalen om welke patiënt het gaat indien er iets mis is gegaan. Dit hebben we al ingevoerd!

Verder altijd balie 4 en 13 open zetten, zodat e-nose straten meteen gekoppeld kunnen worden als er meer straten open kunnen gaan. 5.1.2e voert dit in op het rooster.

Update E-nose 17-01-2021

1. Doorlooptijden

   Admin: 1 minuut
   Afname: 4 minuten 10 seconden van water tot weglopen

2. Aantal cliënten

   E-nose: 120
   Totaal: 195

3. Suggesties voor verbeteren

   Instructies duidelijk en **kort**

   - 5 keer normaal in en uitademen
   - 6e keer diepe adem in en die 5 seconden vasthouden
   - **Dan** rustig maximaal uitademen
   - **Dan tot slot** een diepe adem in en dan een stap achteruit

   Op tijd mee vertellen wat de volgende stap is tijdens het proces.

4. Opvallende zaken

   Het percentage onbeoordeelbare tests zal naar verwachting in de komende dagen/weken stijgen i.v.m. de toenemende besmettingsgraad door de "Britse variant".

5. Risico op kruisbesmettingen

   Ja. Met name door de langere wachttijd op dit moment.

6. Weten de medewerkers wat ze moeten doen

   Ja. Hoewel er zo nu en dan nog vragen zijn, werken zowel afname als administratie nu zelfstandig.

7. Overige

   Geen opmerkingen.