To: [redacted], [redacted][redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: Breathomix Support
Sent: Wed 4/7/2021 1:55:32 PM
Subject: RE: Curves beoordelen
Received: Wed 4/7/2021 1:55:36 PM

Beste mevrouw [redacted],

Zoals beloofd nog een laatste aanvulling op uw vraag m.b.t. de rode en blauwe lijnen.
De rode lijn zakt net geen drie punten tussen het begin van het ademhalen en de breathhold. Er zijn daarom geen problemen met de rode en blauwe lijnen.
De meting wordt daarom alleen afgekeurd op basis van de niet-toegestane uitademing na de laatste diepe inademhaling.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: Breathomix Support
Sent: Wednesday, 7 April 2021 10:52
To: [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Curves beoordelen

Beste mevrouw [redacted],

Bedankt voor uw e-mail. De onderstaande tekst klopt inderdaad, het gaat om het verschil tussen het punt dat het ademhalen begint (het meest linkse punt van cirkel A, op de 35 seconden) en de breathhold. Het is niet erg dat de blauwe curve daartussen stijgt en daalt, hij beweegt op de afbeelding immers mee met de rest van de ademhaling. Als we kijken naar de y-as op de 35 seconden en op de 1 minuut en 19 seconden (breathhold) zien we dat de score bij allebei rond de 10 zit. Er is daarom geen problem met de blauwe lijn.

Als ik naar de rode lijn kijk, dan zie ik dat het erom spant of de lijn inderdaad meer dan drie punten zakt, ik zal het intern even navragen en later vandaag naar u terugkoppelen.

Deze curve zou tevens afgekeurd moeten worden vanwege het feit dat er na de laatste inademhaling nog een keer uitgeademd wordt.

Hopelijk helpt deze informatie. Mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com

W: www.breathomix.com



From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Sent: Wednesday, 7 April 2021 09:17
To: Breathomix Support <5.1.2e@breathomix.com>
Subject: FW: Curves beoordelen

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Ditmaal mét bijlage. Excuses.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e@ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 09:16
Aan: 5.1.2e@breathomix.com' <5.1.2e@breathomix.com>
Onderwerp: Curves beoordelen

Goeiemorgen,

Er heerst nog wat onduidelijkheid onder ons over het volgende:
Sensor 100 en sensor 300 mogen vóór de start van het ademhalen niet meer dan 3 punten stijgen.
Sensor 100 en sensor 300 morgen vanaf de start van het ademhalen t/m de breathhold niet meer dan 3 punten dalen.
Zie bijgevoegde foto, waar sensor 300 vanaf het ademhalen eerst stijgt en daarna 3 punten (of meer) daalt. Mag dit? Hoe zit dat precies?

Alvast bedankt voor de terugkoppeling!

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e@ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer