

# Dashboard ademtest Amsterdam 3/6





| Eergisteren | PCR = positief | PCR = negatief |
|---|---|---|
| **Ademtest = onbeoordeelbaar** | 4 | 62 |
| **Ademtest = negatief** | 0 | 4 |

| Afgelopen week | PCR = positief | PCR = negatief |
|---|---|---|
| **Ademtest = onbeoordeelbaar** | 25 | 419 |
| **Ademtest = negatief** | 2 | 69 |

| Totaal | PCR = positief | PCR = negatief |
|---|---|---|
| **Ademtest = onbeoordeelbaar** | 95 | 1,302 |
| **Ademtest = negatief** | 15 | 219 |


Sensitivitei
t
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
93%
86%
Eergisteren
Afgelopen week
Totaal

| | Ademtest = Negatief | | Ademtest = Onbeoordeelbaar | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Negatief | Positief | Negatief | Positief |
| 8-May-21 | 16 | 4 | 63 | 9 |
| 9-May-21 | 7 | 1 | 29 | 1 |
| 10-May-21 | 10 | 1 | 72 | 8 |
| 11-May-21 | 17 | 1 | 73 | 5 |
| 12-May-21 | 15 | 1 | 128 | 13 |
| 13-May-21 | 6 | 4 | 98 | 13 |
| 14-May-21 | 13 | 0 | 91 | 5 |
| 15-May-21 | | | | |
| 16-May-21 | | | | |
| 17-May-21 | 8 | 0 | 64 | 2 |
| 18-May-21 | | | | |
| 19-May-21 | | | | |
| 20-May-21 | 19 | 0 | 69 | 3 |
| 21-May-21 | 19 | 1 | 54 | 2 |
| 22-May-21 | 3 | 0 | 54 | 4 |
| 23-May-21 | 8 | 0 | 46 | 1 |
| 24-May-21 | 9 | 0 | 42 | 4 |
| 25-May-21 | | | | |
| 26-May-21 | 15 | 0 | 87 | 5 |
| 27-May-21 | 20 | 1 | 63 | 5 |
| 28-May-21 | 11 | 1 | 68 | 3 |
| 29-May-21 | 10 | 0 | 35 | 1 |
| 30-May-21 | 5 | 0 | 35 | 4 |
| 31-May-21 | 4 | 0 | 69 | 3 |
| 1-Jun-21 | 4 | 0 | 62 | 4 |

| TMA volgt nog | Opmerking |
| --- | --- |
| | o |
| | o |
| | o |
| | o Stage (5 KU) |
| | o Certificering (5 KU) |
| | o |
| | o |
| | **Geen testen door incident update Microsoft** |
| | **Geen testen door incident update Microsoft** |
| | o |
| | **Stage (11 KU) - geen capaciteit voor regulier dubbeldraaien** |
| | **Stage (8 KU) - geen capaciteit voor regulier dubbeldraaien** |
| | o |
| | o |
| | o |
| | 1 |
| | o |
| | **Data-aanlevering CoronIT vanuit GGD GHOR is incompleet (meer dan helft samples mist in ruwe d** |
| | o Stage (11 KU) |
| | o Certificering (15 KU) |
| | o |
| | 5 |
| | o |
| | o |
| | o Stage (6 KU) |
| | Stage (6 KU) |
| | Certificering (8 KU) |

atadumpt), hierdoor kan deze dag niet meegnomen worden, ook 1 fout-negatieve