To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Sat 1/23/2021 11:17:14 AM
Subject: FW: Medische verantwoordelijkheid eNose (Afname in de straat)
Received: Sat 1/23/2021 11:17:15 AM

[redacted]
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M [redacted]
[redacted]@ggd.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: zaterdag 23 januari 2021 12:17
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Medische verantwoordelijkheid eNose (Afname in de straat)

Hallo [redacted],

Zoals ik je eerder over de telefoon vertelde ligt de verantwoordelijkheid voor een correcte afname bij ons.
Kun jullie deze medische verantwoordelijkheid organiseren. In werkinstructies of protocollen?

Onderstaande mail heb ik gisteren naar de RAI gestuurd m.b.t. de eNose. De coördinatoren en floormanagers hebben gisteren een instructie gehad. Op dit moment zijn ze aan het oefenen op de straat.

Ik heb met ze afgesproken dat ze pas live gaan als de coördinatoren het proces goed in de vingers hebben en ze zich er comfortabel bij voelen. Zojuist heb ik [redacted] gesproken. [redacted] gaf aan dat ze op de straat onderstaande mail duidelijk vonden.

Groet [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 17:35
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Toestemmingsverklaringen eNose

Hallo Allemaal,

Fijn dat de inmiddels 3 eNoses geplaatst zijn.
In de bijlagen de correcte toestemmingsformulieren.

1. Voor wie is de eNose gevalideerd?
Voor mensen:

- ∀ boven de 18
- ∀ met klachten
- ∀ zonder klachten

2. Welke checks zitten er in systeem?
De volgende checks zitten er in het systeem gebouwd. Een check of de analyse geslaagd is en een reminder dat de uitslag onbeoordeelbaar is.

Analyse geslaagd?
Na een meeting zijn er 3 opties. De opties worden in een kleur weer gegeven. Allen als de kleur groen is dan is de analyse geslaagd en mag je de analyse interpeteren.
Bij een andere kleur moet de te testen persoon doorverwezen worden naar de PCR straat. Onderstaand de 3 opties:

1. Analysis succeed < je kunt de uitslag uitlezen LET OP! MITS DE AFNAME CORRECT HEEFT PLAATSGEVONDEN!
2. Analysis uncertain < je kunt de uitslag niet uitlezen interpreteren
3. Analysis failed < je mag de uitslag niet uitlezen / interpreteren

Negatief of onbeoordeelbaar?
Als de analyse succeed is dan mag je de uitslag uitlezen. Er zijn 2 opties:

1. Negatief: een waarde tussen de 0 en 0.3
2. Onbeoordeelbaar: boven de 0.3

Als de uitslag onbeoordeelbaar is verschijnt er een Oranje driehoek in het scherm als reminder.

3. Wat als de afname van de test niet correct is?
Het is belangrijk dat de afname van de ademtest wordt uitgevoerd zoals de instructie aangeeft.
In de pieken van de verschillende sensoren kun je zien of mensen daadwerkelijk goed in en uitgeblazen hebben.

LET OP: EEN INCORRECTE AFNAME WORDT NIET GECORRIGEERD DOOR HET SYSTEEM.
HET IS MOGELIJK DAT HET PLATFORM, BIJ EEN INCORRECTE AFNAME, AANGEEFT ANALYSIS SUCCEEDED. GOEDE CONTROLE OP DE AFNAME IS ESSENTIEEL!

Net als bij de afname voor de PCR is een correcte afname in de straat van belang voor het analyseren van het sample. In dit geval is dat niet anders.
Een niet goed afgenomen swab kan succesvol geanalyseerd worden in het lab, maar door de incorrecte afname niet tot de juiste diagnose leiden.

In deze pilot fase kijkt Breathomix aan de achterkant mee met de analyses. Op basis van de ervaringen in deze pilot bouwen worden steeds meer checks ingebouwd in het systeem

4. Aanvullingen op de instructie
Het volgende staat nog niet in de instructie, maar is wel belangrijk:

- Noteer het metingsnummer op het toestemmingsformulier.

Dit geeft ons de mogelijkheid om later terug te kijken en te herleiden of en waar er een fout gemaakt is.

5. Overige mogelijke fouten
Omdat er een aantal menselijke handelingen aan te pas komen zijn er altijd kansen op fouten.
De volgende mogelijkheden zijn bekend en vragen dus aandacht:

- De afname is niet zoals voorgeschreven (zie hierboven)
- De afnemer registreert een andere uitslag in CoronIT dan de meeting aangeeft.
- Medewerker logt in op de verkeerde Spironose. Elke Spironose is gekoppeld aan een specifieke straat. Als je inlogt op de Spironose van bijvoorbeeld de straat ernaast dan krijg je de metingen van de straat ernaast op je scherm.

6. Wie moeten we bellen bij Breathomix als er iets is?
In het platform staat een algemeen telefoonnummer van Breathomix. Graag dit nummer bellen.
Belangrijk dat er een contactpersoon of functie is die schakelt met breathomix. Dit houd de lijntjes kort en duidelijk.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl