To: 5.1.2e, 5.1.2e[5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e[5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e[5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e @kpmg.nl[5.1.2e @kpmg.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e[5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 4/8/2021 11:35:12 AM
Subject: RE: Inloop Spironose plattegrond
Received: Thur 4/8/2021 11:35:15 AM

Hi 5.1.2e,

Nog een vraag; wat wordt er bedoeld met meest instabiel? Betekent dit wij de hokjes niet kunnen gebruiken?
Of gaan we dat morgen bekijken?

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 16:30
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists' < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>; 5.1.2e @kpmg.nl
Onderwerp: Re: Inloop Spironose plattegrond

Hi 5.1.2e,

Hokje 11, 12, 23 en 24 zijn dichtbij de kantine, waar veel personeel heen- en weer loopt. In de kantine voel je ook veel koude lucht stromen.
Bij hokje 10 kunnen wij niks vinden wat van invloed kan zijn.

Ook staat de deur vanaf de inloop naar het autodek open, waar alcohol wordt gebruikt en waar uitlaatgassen zijn. Misschien kan dit invloed hebben. Echter moet het allemaal ook wel werkbaar blijven voor het team.

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 12:50:50

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists'; 5.1.2e @kpmg.nl
Onderwerp: FW: Inloop Spironose plattegrond

He 5.1.2e ,

Dank voor de plattegrond. Van Breathomix begrijp ik dat in de omgevingsmeting de volgende starten problemen geven:

- 12, 11, 10 (meeste instabiliteit)
- 24, 23

Ik wacht nog op een toelichting vanuit Breathomix. Hebben jullie in de RAI een idee wat de oorzaken zouden kunnen zijn van de problemen op deze straten:

Bijvoorbeeld:

- Dicht bij de Auto straat en een deur die daar open staat?

Dan kunnen we nadenken hoe we dit kunnen fixen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:15
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Inloop Spironose plattegrond

Hi 5.1.2e ,

Heb je hier voldoende aan?

Groetjes,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer