Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Nieuwe rapportage platte data
Op basis van gegevens
19/06/2021 – 22/06/2021

Weekrapportage

Totaaloverzicht uitslagen

19/06/2021 – 22/06/2021



* De barcode van de client is niet gescand in de Breathbase applicatie (registratiefout).

Totaaloverzicht uitslagen

19/06/2021 – 22/06/2021



Overzicht Dubbeldraaien Apeldoorn

19/06/2021 – 22/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		3		**3**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT				
Niet geslaagd, o.b.v afnemer		29		**29**
Analyse onzeker				
Analyse mislukt		13		**13**
Onbepaald (> 0,3)		56	6	**62**
Negatief (≤ 0,3)		21	1	**22**
Totaal		**122**	**7**	**129**

- Sensitiviteit (-/-) betrouwbaarheidsinterval**: - ; -
- Specificiteit 0,17 (21/122) betrouwbaarheidsinterval**: 0,12 ; 0,25

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Overzicht Dubbeldraaien Buikslotermeerplein

19/06/2021 – 22/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT	1	2		**3**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		1		**1**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer		28		**28**
Analyse onzeker				
Analyse mislukt		18		**18**
Onbepaald (> 0,3)	1	87		**88**
Negatief (≤ 0,3)		47		**47**
Totaal	**2**	**183**		**185**

- Sensitiviteit 1,00 (2/2) betrouwbaarheidsinterval**: 0,16 ; -
- Specificiteit 0,26 (47/183) betrouwbaarheidsinterval* : 0,20 ; 0,33

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Overzicht Dubbeldraaien Venray

19/06/2021 – 22/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		2		2
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		1		1
Niet geslaagd, o.b.v afnemer		24		24
Analyse onzeker		1		1
Analyse mislukt		30	1	31
Onbepaald (> 0,3)		22		22
Negatief (≤ 0,3)		37	1	38
Totaal		**117**	**2**	**119**

- Sensitiviteit (-/-) betrouwbaarheidsinterval**: - ; -
- Specificiteit 0,32 (37/117) betrouwbaarheidsinterval* : 0,24 ; 0,41

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Opmerkingen

1. Van een aantal personen is de barcode niet ingescand in Breathbase. Hierdoor is de betreffende Breathbase uitslag niet te achterhalen. Op basis van de invoer in CoronIT is wel te achterhalen welke uitslag de cliënt (schriftelijk) heeft mee gekregen.

2. Bij verscheidene cliënten zijn na het afnemen van de ademtest afspraak meerdere PCR testen afgenomen. Deze cliënten worden als 1 afname meegenomen. De eerste niet "onbekende" uitslag is hierbij leidend.

Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Nieuwe rapportage platte data

Op basis van gegevens

19/06/2021 – 22/06/2021