**To:** [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
**From:** [redacted]
**Sent:** Fri 3/26/2021 1:06:44 PM
**Subject:** FW: Kwaliteitssysteem ademtesten ter beoordeling
**Received:** Fri 3/26/2021 1:06:56 PM
20210325_kwaliteitshandboek-v1.0_[redacted]docx

[redacted], [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
**Verzonden:** vrijdag 26 maart 2021 13:33
**Aan:** [redacted] <[redacted]@berenschot.nl>
**Onderwerp:** FW: Kwaliteitssysteem ademtesten ter beoordeling

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@operatiefastlane.nl>
**Verzonden:** vrijdag 26 maart 2021 12:21
**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
**Onderwerp:** RE: Kwaliteitssysteem ademtesten ter beoordeling

Hoi [redacted],

Ik heb een aantal checks gedaan en daaruit is het volgende naar voren gekomen:

1.
Aantal hoofdstukken en documentatie op dit moment
-> Onderstaande **missende info en aandachtspunten** nog toevoegen aan het KHB/KMS.
**Missende info en nog wel voor start A'dam invullen/apart hoofdstuk/document maken:**

- Opnemen bij dubbeldraaien/intensieve monitoring en/of informatievoorziening voor cliënten: Toestemming die door de cliënten moet worden gegeven voor het dubbeldraaien. Toegevoegd aan nieuw hoofdstuk; informatievoorziening
- Informatievoorziening aan de cliënten (kort opgenomen) met: zowel vooraf duidelijk maken welke voorwaarden aan de ademtest zitten: zoals bv. geen alcohol 8 uur voor de test, enz., als achteraf: aangegeven van belang dat opnieuw aangemeld wordt voor PCR-test als test niet te beoordelen is, bij negatief resultaat als klachten optreden opnieuw laten testen, enz.)

2.
Belangrijke aandachtspunten
**Verificatie:**

- Duidelijke acceptatiecriteria voor periode van intensieve monitoring: staan nu verspreid bij KPI's en validatie en niet consequent concreet (bv. de term voldoende kan je niks mee als acceptatiecriterium).
- Duidelijke verslaglegging van aanpak en uitvoering van verificatie.
- Procedure die het traject en (uniforme) werkwijze, beoordeling en vastlegging en alles wat daar mee te maken heeft beschrijft. Dit is een **essentiële** procedure in het KMS.

**Loglijsten:**

- Per apparaat loglijsten met vermelding van nummer/serienummer van het apparaat (als met papier gewerkt wordt). In de praktijk werkt het niet gemakkelijk/handig als loggegevens/storingen van verschillende apparaten door elkaar heen genoteerd worden.
- Op de loglijsten ook naam van persoon die noteert/onderhoud heeft gedaan/enz. vermelden. Ik denk overigens dat deze lijsten vanuit Amsterdam beschikbaar moeten zijn.

3.
Algemeen

- In de lopende tekst van het KHB verwijzingen opnemen naar de onderliggende documentatie met een analoge titel als het document. Daarmee maak je meteen duidelijk dat er meer detailinformatie beschikbaar is en in te zien is.

Terminologie

- Termen eNose en SpiroNose worden door elkaar heen gebruikt. Het is of het een of het ander maar niet door elkaar heen gebruiken.

Dat is het voor nu. Ik heb de bijgevoegde documenten niet allemaal ingezien dus mocht je daar nog een specifieke vraag over hebben laat dat dan even weten!

**En last but not least**: Wat mij betreft zeker voldoende basis voor een KMS om mee te starten en de komende weken op basis van ervaringen in de praktijk en voortschrijdend inzicht aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
E: 5.1.2e @operatiefastlane.nl
T: 5.1.2e




---

**Van:** 5.1 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>
**Verzonden:** donderdag 25 maart 2021 18:45
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @operatiefastlane.nl>
**Onderwerp:** Kwaliteitssysteem ademtesten ter beoordeling

Hoi 5.1.2e,

In de bijlage de nieuwste versie van het kwaliteitshandboek ademtesten inclusief bijlagen. Belangrijkste bestand is de doc 20210325_kwaliteitshandboek_v1
Op mijn to do voor morgen staat nog het toevoegen van één of twee punten voor de risico analyse en wat wijzigingen qua opmaak, verwijderen van overtollige tekst in en na de lijst met bijlagen, maar dat zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen meer.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.'5.1.2e

5.1.2e

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoon: 5.1.2e
Mobiel: 5.1.2e

E-mail : 5.1.2e @ggdghor.nl
Website : www.ggdghor.nl
Twitter : @GGDGHORNL
Werkdagen : ma – vrij

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

**********DISCLAIMER**********
*De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.*
**********

**Disclaimer**

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.