Categorie 1	Categorie 2	Issue
Agenda teststraat	Doorlooptijden	afname per uur lager dan PCR en lager dan mogelijk is.
CoronIT	IGJ	Breathomix mag geen uitslag genereren. CoronIT kan niet interpeteren.
CoronIT	Privacy	Breathomix wil vooralsnog geen koppeling met CoronIT ivm data lek
CoronIT	Privacy	Afnemer heeft labrechten nodig in CoronIT zolang er geen koppeling is.
CoronIT	Privacy	Medewerker moet extra rechten krijgen ivm plannen vervolg afspraak in geval onbeoordeelbaar. Rechten afspraken planner
CoronIT	Volgen negatieve	Registeren meting ID in CoronIT niet mogelijk.
CoronIT		Handmatig invoeren uitslag in CoronIT fout gevoelig. Interpetatie afnemer.
CoronIT	Doorlooptijden	Afspraak wordt pas op afgerond gezet als persoon DigiD inziet. Hierdoor lijkt er veel tijd te zitten tussen afname en uitslag.
Desinfectie	Doorlooptijden	Waterstof peroxide moet 1 min intrekken in papiere doek. Dit vertraagd het afname proces.
Desinfectie	Doorlooptijden	Sure handdesinfectie geeft irritatie bij veel vuldig gebruik in combinatie met handschoenen.
Desinfectie	Doorlooptijden	De Britt doekjes geven problemen voor de Spironose bij hoge afname frequentie.
Locatie		Schommelingen omgevingslucht. Betrouwbaarheid meting wordt minder. Protocol zegt 2x per dag ambient meting.

Medisch	Medische verantwoordelijkheid

Toelichting	Oplossingen
	1. Agenda CoronIT hierop aanpassen. 2. Verbeteringen doorvoeren op gebied: desinfectie, IT koppelingen en training medewerkers.
	1. Extra middleware interpetatie. 2. Toestemming dat Breathomix wel interpeteert.
Met labrechten heeft afnemer meer inzage dan gebruikelijk	1. Koppeling CoronIT breathomix 2. Aparte Spironose Rol in CoronIT
Met deze rechten heeft medewerker meer rechten gebruikelijk	1. Aparte rechten CoronIT 2. IT doorontwikkeling: barcode Spironose ook voor LAMP/PCR
	1. Koppeling CoronIT - Breathomix 2.Afnemer moet barcode registreren in Breathomix platform zolang er geen koppeling is. Op die manier kunnen we een meting terug vinden indien dat noodzakelijk is.
	1. Koppeling CoronIT-Breathomix
	1. Medewerker op locatie krijgt taak op dit te doen. 2. Aanpassing CoronIT: na uitslag direct op afgerond. Of eNose afspraak direct op afgerond. 3. ? Administatie zet afspraak op afgerond.
	1. Alternatieve desinfectie methode
	1. Alternatieve desinfectie methode
	1. Alternatieve desinfectie methode
	1. Frequentie omgevingsmeting afspreken. Heeft effect op doorlooptijden. 2. Omgevingslucht stabieler maken.

Verantwoordelijkheid voor afname ligt bij de GGD. Wie neemtverantwoordelijkheid voor interpetatie	1. afspraken over maken.