Conceptverslag stuurgroep sneltesten van 26 mei 2021

Woensdag 26 mei 2021 van 9:00 – 10:00 uur

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (IG&H), 5.1.2e 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e (LOI), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen), 5.1.2e 5.1.2e (GGD-GHOR), 5.1.2e 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

1. Opening en mededelingen
   - buiten verzoek
   - De leden zijn akkoord met de agenda, er zijn geen verdere mededelingen.

2. Verslag en acties van de vergaderingen van 19 mei 2021.
   - Verslag van de stuurgroep van 19 mei 2021. Verslag vastgesteld met schriftelijk overgebrachte suggestie van 5.1.2e.
   - Actielijst
     a.
     b. 5.1.2e 5.1.2e buiten verzoek 5.1.2e

3. Update vanuit de WG Opschaling, toelichting door 5.1.2e
   - buiten verzoek

a. Adem: we zijn bezig met Amsterdam, ook klaar voor robuuste verificatie elders. Eerste indruk bestaat dat de locatie invloed heeft gehad op de efficiëntie van de test. Aanpassing locatie is nodig om dit acceptabel te krijgen. Amsterdam gaat hier werk van maken, daarnaast nu ook robuuste verificatie in geschiktere locatie (Venray, Apeldoorn, Utrecht).

4. Update vanuit het Landelijk Expertteam Ademtest, toelichting door 5.1.2e
   - Afgelopen vrijdag heeft het expertteam een pakket met data tot 11 mei gekregen. Gisteren is het expertteam bij elkaar geweest om dit te bespreken. Conclusie: verificatie is nog niet geslaagd.
   - 309 afnames waarvan er 18% (57 positief zijn), daarvan aantal foutnegatieven. Dus heel lage sensitiviteit. Onderdeel van het pakket was ook een analyse van waar het misgegaan is: Omgevingscomponent, maar ook een menselijke component (conservatieve inschatting ademcurve). Verbeterplan voorziet in aantal elementen.
   - Vandaag komt een officiële reactie. In hoofdlijnen:
     - Akkoord met parallel starten 2e verificatie. Dit zou Venray kunnen zijn. Als RAI afvalt zou een verificatie ook op een andere locatie in Amsterdam gedaan kunnen worden (bijvoorbeeld Noord)
     - Akkoord met uitgebreide verbeterplan dat voor RAI en tweede locatie zal gelden.
   - 5.1.2e: er zijn mogelijkheden om locatie 1 op niveau te krijgen en anders naar andere locatie. 5.1.2e ziet graag een optimale leercurve om RAI op niveau te krijgen.
   - 5.1.2e: conclusie zou ook kunnen zijn dat efficiëntie een argument wordt om de omvang van de inzet aan te passen. Percentage negatieven is veel lager dan bij de validatie. Het is uit de data niet te zeggen waar dit precies aan ligt.
   - 5.1.2e: klinkt als een behoorlijke subjectiviteit bij de beoordeling. Is de testmethode objectief genoeg om routinematig in te zetten? 5.1.2e: moeilijk om hier nu antwoord op te geven. Door training en monitoring is dit deels te mitigeren.
   - 5.1.2e: op 17 mei kwamen er alleen maar oranje uitslagen uit de ademtest. Goed om ook die data mee te nemen in de afweging. 5.1.2e: wij vinden het ook niet prettig dat we maar tot 11 mei data hebben. Met IGJ kijken we of er meer data beschikbaar is ook op andere locaties.

5. 

6. Rondvraag
   - Er zijn geen punten voor de rondvraag.