
Breathomix

Breathomix – Exhaled breath analysis for disease
Bargelaan 200 + 2333 CW Leiden + T. 5.1.2e + www.breathomix.com
IBAN NL67 RABO 5.1.2e + CoC 71801103 + VAT NL858854636B01
Breathomix is a trade name of Breathomix BV

Checklist Ademanalyse

DOCUMENT FILE TITLE	20210503 - v04 - Checklist in gebruik name SpiroNose ademtest
CONFIDENTIALITY	Public
CONTROLLED BY	5.1.2e 5.1.2e
DATE	03/05/2021
VERSION	0.4
PAGES	5

Checklist in gebruik name SpiroNose Ademtest

Deze checklist is bedoeld om voorafgaand aan de levering en installatie van de SpiroNose in kaart te brengen of een locatie voorbereid is op het in gebruik nemen van de Ademtest. Breathomix heeft de gegevens uit Tabel 1 nodig om een soepele implementatie te waarborgen. Voor de definitieve planning van training, installatie, toetsing & certificering en livegang ontvangen wij graag onderstaande informatie en getekende checklist retour.

Tabel 1. Informatie die moet worden gedeeld met Breathomix	
Naam Testlocatie:	
Adres:	
Contactpersoon:	
Telefoonnummer:	
Email adres:	
Aantal SpiroNosen:	

Tabel 2. Randvoorwaarden omgeving SpiroNose	
Minimale temperatuur omgeving SpiroNose = 10°C;	*Ja / Nee*
Maximale temperatuur omgeving SpiroNose = 30°C;	*Ja / Nee*
Maximale temperatuurinstelling van de kachel/verwarming in de ruimte van de SpiroNose = 20°C; *(De instelling van een hogere temperatuur d.m.v. verwarming kan leiden tot een veranderende samenstelling van VOC's in de omgevingslucht).*	*Ja / Nee*
Geen temperatuurschommelingen van >3°C gedurende 4 uur;	*Ja / Nee*
Geen verwarmingselement of ventilator in de directe omgeving van de SpiroNose; *(Dit kan leiden tot bovengenoemde temperatuurschommelingen)*	*Ja / Nee*
Geen tocht/wind langs de SpiroNose; *(Dit kan leiden tot bovengenoemde temperatuurschommelingen)*	*Ja / Nee*
Geen uitlaatgassen van o.a. auto's, diesel aggregaat; *(Dit kan leiden tot een veranderende samenstelling van VOC's in de omgevingslucht)*	*Ja / Nee*
Geen gebruik van desinfectiemiddelen met alcohol; *(Dit kan leiden tot een veranderende samenstelling van VOC's in de omgevingslucht)*	*Ja / Nee*
Geen gebruik van schoonmaakmiddelen met alcohol; *(Dit kan leiden tot een veranderende samenstelling van VOC's in de omgevingslucht)*	*Ja / Nee*
Tabel 3. Randvoorwaarden ICT-voorziening SpiroNose	
Dedicated "quiet" network voor de SpiroNose; *(geen/gelimiteerd aantal andere apparaten)*	*Ja / Nee*
Stabiele internet connectie; *(Ideaal; geen internet verlies)*	*Ja / Nee*
Elke SpiroNose vereist een bandbreedte van minimaal 1 Mbps;	*Ja / Nee*

11709586 1357

De volgende netwerk poorten moeten openstaan om een connectie met de SpiroNose tot stand te brengen: • Port 80 – Http • Port 123 – Ntp • Port 443 – Https • Port 1194 – Open VPN • Port 8883 - MQTT	*Ja / Nee*
Het gebruik van een 4G/WIFI router behoort tot de mogelijkheden. De Gateway wordt in dit geval verbonden via een ethernetkabel met de 4G/WIFI router.	
Tabel 4. Overige Randvoorwaarden vóór levering en installatie SpiroNose	
De logistieke paden voor afname van de Ademtest zijn bekend;	*Ja / Nee*
De locatie waar de SpiroNosen worden geplaatst is bekend en gereed voor installatie van de SpiroNose; *(De SpiroNose wordt geleverd met een tafelstandaard. Voor het staand afnemen van de ademtest zijn nodig: Tafel (hoogte: 110-115cm) om de SpiroNose op de plaatsen OF een extra bestelling van een grond/microfoon standaard)*	*Ja / Nee*
Stroompunten zijn aanwezig voor de SpiroNose. Houdt er rekening mee dat de stroomkabel van de SpiroNose Gateway 1 meter lang is;	*Ja / Nee*
Ethernetkabels zijn aanwezig voor connectie met de SpiroNose Gateway;	*Ja / Nee*
Waterdispensers zijn aanwezig; *(De testpersoon drinkt voorafgaand aan de Ademtest een half bekertje water)*	
Telefoon aanwezig voor tweestapsverificatie voor de inlog op het BreathBase platform;	*Ja / Nee*
Desktops, Laptops of Ipads voorzien van internet zijn beschikbaar voor iedere SpiroNose om het BreathBase platform te kunnen benaderen; *(Laatste versie van Google Chrome browser dient geïnstalleerd te zijn op het device)*	*Ja / Nee*

Gebruiker:

Datum:

Handtekening:

11709586 1357

