To: [redacted], [redacted][redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: Breathomix Support
Sent: Fri 5/7/2021 1:50:52 PM
Subject: RE: Vraag n.a.v. training vanochtend
Received: Fri 5/7/2021 1:50:59 PM

Beste [redacted],

Op dit moment is het wel echt het criterium dat de laatste piek 1 verticale punt hoger moet zijn dan de laatste normale uitademing. Wij gaan bekijken of dit inderdaad vaak voorkomt en naar aanleiding van jullie opmerkingen gaan we dit ook intern bespreken.

Als er nog vragen zijn hoor ik het graag!

Met vriendlijke groet,

[redacted] [redacted]

[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 7 May 2021 15:18
To: Breathomix Support <[redacted]@breathomix.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Subject: Vraag n.a.v. training vanochtend

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Beste Breathomix,

Vanochtend hebben we een opfristraining gehad van jullie.
Waarin is besproken dat de laatste piek van de 4-6 'normale ademhalingen' minstens 1 verticale punt lager moet zijn dan de grote piek van de 'langzame volledige uitademing'.
Ik heb toen aangegeven dat dit zeer zelden het geval is en als wij dus iedere meting hierop afkeuren, dan sturen van 4 op de 6 cliënten door op basis hiervan.
Dat is ontzettend veel.
De volgende Meting ID's tonen dit ook aan:

[redacted]

Dit zijn alle metingen die wij vandaag op elkaar en cliënten hebben gedaan en bij allemaal is het verschil minder dan 1 verticale punt.
Nogmaals, dit zijn dus 4 van de 6 metingen die we vandaag op elkaar hebben gedaan én op cliënten.

[redacted] [redacted]
Key User
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer