To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
Cc: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 2/11/2021 9:34:14 AM
Subject: Re: Email n.a.v. telefoongesprek gisteren Breathomix
Received: Thur 2/11/2021 9:34:54 AM

Beste [redacted],

Graag gedaan!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
M: +31 ([redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

Van: [redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 07:31
Aan: [redacted]@breathomix.com>
CC: [redacted]@ggd.amsterdam.nl>; [redacted]@ggd.amsterdam.nl>; [redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Email n.a.v. telefoongesprek gisteren Breathomix

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Goedemorgen [redacted],

Bedankt voor het uitzoeken en de heldere uitleg, wij zullen ons werkproces hierop aanpassen.

Groeten vanaf de Rai,

[redacted]
[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam
T [redacted]

5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 17:45
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Email n.a.v. telefoongesprek gisteren Breathomix

Beste 5.1.2e 5.1.2e ,

Wij hebben elkaar gisteren telefonisch gesproken over de situatie die zich voor doet in een training situatie:
Een van de medewerkers van GGD blaast onbeoordeelbaar. Omdat jullie zo min mogelijk mensen op de vloer willen missen, is de vraag hoe te handelen in deze situatie. Op dit moment ondergaan deze medewerkers een PCR test.

Ik heb intern overleg gehad met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.5.1.2e.

Vanuit onze studie data weten we dat we 70% direct kunnen uit sluiten en dat bij 30% dus een vervolg test nodig is. Dat heeft als gevolg dat bij training voor medewerkers 3 op 10 mensen een "onbeoordeelbaar" krijgt. Dus zo lang dat nog in die aantallen loopt dan is dat precies zoals verwacht. Niks geks dus, ook niet dat ze daarna met PCR negatief testen.

Onbeoordeelbaar betekent dan ook dat op dit moment, met dit device, niet met 100% kan worden uitgesloten dat iemand Covid-19 heeft. Dit is hoe iedereen de uitslag moet interpreteren. Wij zeggen dan ook helemaal niets over al dan niet positief zijn.

Bij geen klachten van de medewerker en hij/zij blaast **onbeoordeelbaar** tijdens training is er niet direct reden voor een vervolg PCR, gezien de grote kans dat men nog steeds negatief is. Bij de betreffende medewerker kan het systeem op dat moment, met dat device, niet met zekerheid uitsluiten dat iemand Covid-19 heeft. Hiermee volg je natuurlijk een andere route dan die voor testpersonen, maar testpersonen hebben allen een specifieke reden om naar de teststraat te komen en dat geldt niet voor medewerkers GGD die worden ingewerkt op de eNose.

Hopelijk beantwoord deze uitleg uw vraag. Verneem het graag mocht u aanvullende vragen hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com

W: www.breathomix.com





GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer