Dashboard ademtest Amsterdam 9/6





Eergisteren	PCR = positief	PCR = negatief
Ademtest = onbeoordeelbaar	2	53
Ademtest = negatief	2	9

Afgelopen week	PCR = positief	PCR = negatief
Ademtest = onbeoordeelbaar	21	506
Ademtest = negatief	4	67

Totaal	PCR = positief	PCR = negatief
Ademtest = onbeoordeelbaar	110	1,681
Ademtest = negatief	19	278


Sensitivitei
t
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
84%
85%
Eergisteren
Afgelopen week
Totaal

	Ademtest = Negatief		Ademtest = Onbeoordeelbaar	
Datum	Negatief	Positief	Negatief	Positief
8-May-21	16	4	63	9
9-May-21	7	1	29	1
10-May-21	10	1	72	8
11-May-21	17	1	73	5
12-May-21	15	1	128	13
13-May-21	6	4	98	13
14-May-21	13	0	91	5
15-May-21				
16-May-21				
17-May-21	8	0	64	2
18-May-21				
19-May-21				
20-May-21	19	0	69	3
21-May-21	19	1	54	2
22-May-21	3	0	54	4
23-May-21	8	0	45	2
24-May-21	9	0	42	4
25-May-21				
26-May-21	15	0	87	5
27-May-21	20	1	63	5
28-May-21	11	1	68	3
29-May-21	10	0	40	1
30-May-21	5	0	35	4
31-May-21	4	0	69	3
1-Jun-21	18	0	62	4
2-Jun-21	4	0	91	3
3-Jun-21	14	0	77	2
4-Jun-21	3	0	53	0
5-Jun-21	7	1	65	3
6-Jun-21	8	1	36	4
7-Jun-21	9	2	53	2

TMA volgt nog	Opmerking
	Stage (5 KU) Certificering (5 KU)
	Geen testen door incident update Microsoft **Geen testen door incident update Microsoft**
	Stage (11 KU) - geen capaciteit voor regulier dubbeldraaien **Stage (8 KU) - geen capaciteit voor regulier dubbeldraaien**
	Data-aanlevering CoronIT vanuit GGD GHOR is incompleet (meer dan helft samples mist in ruwe d Stage (11 KU) Certificering (15 KU)
	Stage (6 KU) Stage (6 KU) Certificering (8 KU)

atadumpt), hierdoor kan deze dag niet meegnomen worden, ook 1 fout-negatieve

8-14 mei	PCR = positief	PCR = negatief		
Ademtest = onbeoordeelbaar	54	554	8%	79%
Ademtest = negatief	12	84	2%	12%

15-21 mei	PCR = positief	PCR = negatief		
Ademtest = onbeoordeelbaar	7	187	3%	78%
Ademtest = negatief	1	46	0%	19%

22- 28 mei	PCR = positief	PCR = negatief		
Ademtest = onbeoordeelbaar	30	546	4%	79%
Ademtest = negatief	3	112	0%	16%

29 mei - 4 juni	PCR = positief	PCR = negatief		
Ademtest = onbeoordeelbaar	17	427	3%	85%
Ademtest = negatief	0	58	0%	12%

8-May-21	14-May-21
15-May-21	21-May-21
15-May-21	28-May-21
29-May-21	4-Jun-21