To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e van [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 2/11/2021 7:12:17 PM
Subject: Re: opzet mogelijk persbericht Spironose
Received: Thur 2/11/2021 7:12:18 PM

Ha 5.1.2e,
Kan de BM vanavond aangeven "dat de enose waarschijnlijk binnen een paar dagen weer in gebruik genomen wordt?"

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPad

> Op 11 feb. 2021 om 20:06 heeft 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:
>
> Hallo allemaal,
>
> Hierbij een tekst voor een mogelijk pers bericht.
>
> Na de implementatie pilot in Amsterdam Noord zijn we op vrijdag 29 januari officieel van start gegaan met de Ademtest in Amsterdam.
> Afgelopen dinsdag hebben we 13 verdachte cases vastgesteld. Cases waarin iemand negatief getest is op de ademtest en positief getest is op de PCR. In 3 gevallen ging het om een afname op dezelfde dag. In deze 3 gevallen blijkt er sprake te zijn van een menselijke fout.
> We hebben de afname van de Spironose tijdelijk stil gezet om de oorzaken van deze cases te achterhalen. Zodat we deze fouten in de toekomst kunnen voorkomen.
>
> *Toelichting*
> Breathomix heeft de 3 cases op dezelfde dag achterhaald.
> Case 1: visueel duidelijk vast te stellen dat dit geen correcte meting is. Software check heeft deze fout er niet uit gehaald en de afnemer ook niet.
> Case 2: in de terminal van breathomix staat duidelijk onbeoordeelbaar. Afnemer heeft dit verkeerd afgelezen en/of verkeerd ingevoerd in CoronIT.
> Case 3: medewerker heeft het barcode nummer niet geregistreerd. Zodoende is de meting niet te achterhalen. Invoeren van deze barcode is onderdeel van de instructie. Dit is dus niet uitgevoerd.
>
> De overige cases gaan ze nog bekijken. Dit zijn cases waarin de afnames niet op dezelfde dag hebben plaats gevonden.
> Op basis van geconstateerde menselijke fouten in de pilot fase zijn al diverse checks ingebouwd.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl