To: [redacted] | Loveland Events[[redacted] @loveland.nl]
Cc: [redacted] | Loveland Events[[redacted] @loveland.nl]; [redacted] | Loveland Events[[redacted] @loveland.nl]; [redacted] @ziggo.nl]; [redacted] @gmail.com]; [redacted] @ggd.amsterdam.nl]; [redacted] | Gupta Strategists[[redacted] @gupta-strategists.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 5/5/2021 7:02:35 PM
Subject: Re: Inloop Spironose plattegrond + planning ombouw test Noord
Received: Wed 5/5/2021 7:02:43 PM
image001.jpg

Ha
Dank!!!!
Wauw 100% hit rate! Efficiënte transmissie.

Ga morgen ook even bij ons informeren en dan bel ik je ook nog wel even.
Makkelijk om lost in translation te raken nu met al die partijen. Is nu ook weer topsport voor [redacted] en [redacted] met al die partijen afstemmen.
Hoop gewoon alles met jullie te regelen maar als lijnen anders lopen moet het maar ff om boel op rit te krijgen
Groet [redacted]
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 mei 2021 om 17:49 heeft [redacted] | Loveland Events <[redacted]@loveland.nl> het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Leuk je even te spreken..

Zie onder ons advies m.b.t. de aanpassingen van de Rai van 9 April.
Ik weet niet of daar nu iets mee is gedaan.

Wij zijn bezig om Noord voor te bereiden met ons nieuwe ontwerp hokjes aan 1 kant (Dus 6 hokjes van de 8)
Als ik weet wanneer we dat kunnen bouwen en wat de kosten zijn bel ik je. Wij hebben voor klimaat al budget van VWS alleen nog niet voor de ombouw van de hokjes (dakje, deurtje, raampje, verlichting etc..).
Dezelfde planning hebben we voor een kant van Paviljoen B van XL Utrecht (10 hokjes). Zelfde verhaal.
Ik hoop einde week of begin volgende week dit allemaal duidelijk te hebben. Dan hoor je direct van ons.

De offerte voor de warmtepomp / Klimaat van Zuid-Oost komt volgende week. Als we Noord en Sloterdijk goed hebben dan kunnen we door naar Zuid-Oost met offerte en daarna ook bouw. We halen de " flaws" er eerst even uit in noord en Sloterdijk.

Wie er uiteindelijk die apparaten op hun plek zet en er voor tekent weten we nog niet precies. Of dat dan weer via een nieuw LSK groepje via ons of een samenwerking gaat moeten we nog even bezien. I don't care. Als die dingen maar komen ;)

Tot zover,

Bel me voor vragen!

GR

[redacted]

ps 100% hit rate hier ;)

Van: [redacted] | Loveland Events <[redacted]@loveland.nl>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 16:01
Aan: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] | Loveland Events <[redacted]@loveland.nl>
Onderwerp: RE: Inloop Spironose plattegrond

Helemaal goed!

Met vriendelijke groet/ kind regards,

[redacted]
[Image]<https://loveland.nl/>

T

+ 5.1.2e

Loveland Events B.V.

M

+ 5.1.2e

Helicopterstraat 25

E

5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>

1059 CE Amsterdam

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 11:34
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com< 5.1.2e @gmail.com>>; 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Onderwerp: RE: Inloop Spironose plattegrond

Goedemorgen 5.1.2e ,

Dank voor het delen van je heldere bevindingen. Ik ga overleggen met de RAI en kom daarna vast bij je terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl/>

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:14
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | Loveland Events' < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com< 5.1.2e @gmail.com>>; 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Onderwerp: RE: Inloop Spironose plattegrond

Beste 5.1.2e ,

Dank voor jullie analyse en advies. Heel fijn en duidelijk.

Ik stuur deze adviezen door naar 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e (cc). Mogelijk dat ze met de RAI al een aantal eenvoudige aanpassingen kunnen oppakken.

Helaas zijn we nog niet gestart met de doorstart van de Spironose. Als we groenlicht hebben voor de doorstarten gaan we een aantal dagen dubbel draaien. Als de resultaten daarvan positief zijn gaan we verder met de Spironose.

Voor deze dubbeldraai fase hebben we 8 stabiele straten nodig. Breathomix heeft metingen gedaan en aangegeven dat we op dit moment 8 stabiele straten hebben. Als de resultaten uit de fase van dubbeldraaien positief zijn willen we graag gaan kijken hoe we de overige straten ook operationeel kunnen krijgen. Fijn dat jullie je expertise daarvoor beschikbaar willen stellen.

11575877 voor om het volgende af te spreken:

* 5.1.2e kijkt met de RAI of er nu al een aantal zaken laagdrempelig te realiseren zijn.
* Als het resultaat van dubbeldraaien positief is neemt 5.1.2e 5.1.2e contact met jullie op om afspraken te maken over hoe we jullie expertise kunnen gebruiken om de 'instabiele' straten stabiel te krijgen. En nog meer stabiliteit kunnen creëren voor alle straten.
* Goed om dan met elkaar af te stemmen hoe jullie inzet zich verhoudt tot de RAI en welke kosten hieraan verbonden zijn.

We hopen dat we ergens deze week kunnen starten met dubbeldraai en dat we daar dan begin volgende week de uitslagen van hebben. Dat is dan het moment om contact te hebben met elkaar.

@ 5.1.2e, als ik hier iets in kan beteken hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>
Van: 5.1.2e 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 17:31
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com< 5.1.2e @gmail.com>>; 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Onderwerp: RE: Inloop Spironose plattegrond

Beste 5.1.2e

Hedenochtend, 9 april 2021, zijn we vanuit Loveland op aanvraag van de GGD bij de testafnamelocatie in de RAI te Amsterdam langs geweest om te bekijken wat de eventuele oorzaken zouden kunnen zijn aangaande de instabiliteit van de SpiroNose ademanalyse unit.

Ons viel direct de tochtstroom vanuit de ingangsdeuren voor de bezoekers naar de 2 openstaande deuren welke naar de auto-Teststraat leiden en v.v. op en dit terwijl het buiten bijna geheel windstil was.
We merkten dat deze luchtstroom (tocht) vooral langs de laatste cabines wervelde en trok. Dit waren de door de GGD genoemde cabines met nummer 10, 11, 12, 23 en 24. Overigens was daarnaast ook de luchtstroom van het klimaatbeheersings- en ventilatie systeem van de Rai vooral in die cabines goed te voelen maar deze bleef tijdens ons bezoek vrij constant. De luchtstroom veroorzaakt door de openstaande deuren (tocht) was zoals gezegd goed te voelen en verre van constant.

Wat daarnaast opviel waren de grote ramen aan de kant van cabines 23 en 24, en de doorschijnende daklichten en ramen aan de kant van cabines 10, 11 en 12.

Deze grote ramen en daklichten kunnen, naast de tocht door de openstaande deuren, voor snelle en grote temperatuurschommelingen en tocht zorgen.

Als er daarnaast wind vanaf de grote openstaande buitendeuren in de auto Teststraat blaast dan kan het tevens zo zijn dat er uitlaatgassen vanuit die ruimte in de afnamecabines van de SpiroNose apparaten terechtkomen.

Al deze bovengenoemde zaken kunnen een stabiele werking van de SpiroNose negatief beïnvloeden.

ADVIES: advies zou zijn om eerst de omstandigheden in de hele afnameruimte waar de SpiroNoses staan te stabiliseren. Denk hier bij aan: gordijnen dicht, dakramen afplakken ivm directe zon. Minder deuren in gebruikt nemen. Deuren naar auto-Teststraat en entree middels sluizen afschermen. Hierin kan Loveland meedenken.

Als aan bovengenoemde zaken voldaan is kunnen we kijken wat de uitwerking is. Mochten er nog meer stappen ondernomen worden om de ideale situatie te creëren dan is het raadzaam om hierin snel te schakelen.

Uiteraard kan Loveland ook in deze stappen meedenken.

Hopende je hier mee een eerste passende voorstel gedaan te hebben. Natuurlijk ben ik bereikbaar voor vragen.

Met vriendelijke groet/ kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
[Image]<https://loveland.nl/>

T

+ 5.1.2e

Loveland Events B.V.

M

+ 5.1.2e

Helicopterstraat 25

E

5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>

1059 CE Amsterdam

Van: 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:54
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @tentconsultants.com< 5.1.2e @tentconsultants.com>>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com< 5.1.2e @gmail.com>>
Onderwerp: RE: Inloop Spironose plattegrond
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e,

5.1.2e en 5.1.2e kunnen morgen langskomen met een meter en wat gezond verstand om mee te kijken naar dit probleem.
In eerste instantie denken we dat er een tochtsluis zal moeten komen en daarna zouden we aanpassingen kunnen doen aan de blaas-hokjes.

Belangrijk is dat jij hierbij bent en iemand van de GGD en / of Rai.
Wij komen in principe puur adviseren en kunnen eventueel ook bouwen maar dan moet daar dus een opdracht vanuit de GGD voor komen ism de Rai.

Komt vast goed.

Kan je mij laten weten hoe laat je kan morgen?

GR

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 10:31
Aan: 5.1.2e | Loveland Events < 5.1.2e @loveland.nl< 5.1.2e @loveland.nl>>
Onderwerp: FW: Inloop Spironose plattegrond

He 5.1.2e,

Gaat om deze straten:

* 12, 11, 10 (meeste instabiliteit)
* 24, 23

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>
Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 16:30
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists' < 5.1.2e @gupta-strategists.nl< 5.1.2e @gupta-strategists.nl>>; 5.1.2e @kpmg.nl< 5.1.2e @kpmg.nl>
Onderwerp: Re: Inloop Spironose plattegrond

Hi 5.1.2e,

Hokje 11, 12, 23 en 24 zijn dichtbij de kantine, waar veel personeel heen- en weer loopt. In de kantine voel je ook veel koude lucht stromen.
Bij hokje 10 kunnen wij niks vinden wat van invloed kan zijn.

Ook staat de deur vanaf de inloop naar het autodek open, waar alcohol wordt gebruikt en waar uitlaatgassen zijn. Misschien kan dit invloed hebben. Echter moet het allemaal ook wel werkbaar blijven voor het team.

Groetjes,

5.1.2e

_____
Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 april 2021 12:50:50
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists';
5.1.2e @kpmg.nl< 5.1.2e @kpmg.nl>
Onderwerp: FW: Inloop Spironose plattegrond

He 5.1.2e,

Dank voor de plattegrond. Van Breathomix begrijp ik dat in de omgevingsmeting de volgende starten problemen geven:

* 12, 11, 10 (meeste instabiliteit)
* 24, 23

Ik wacht nog op een toelichting vanuit Breathomix. Hebben jullie in de RAI een idee wat de oorzaken zouden kunnen zijn van de problemen op deze straten:

Bijvoorbeeld:

* Dicht bij de Auto straat en een deur die daar open staat?

Dan kunnen we nadenken hoe we dit kunnen fixen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>
Van: [redacted], [redacted]
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:15
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>
Onderwerp: Inloop Spironose plattegrond

Hi [redacted],

Heb je hier voldoende aan?

Groetjes,

[redacted] Corona Teststraat RAI
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl/>

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer<http://www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer>