To: [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 6/17/2021 2:15:06 PM
Subject: Fwd: Learnings 14/6 & 15/6
Received: Thur 6/17/2021 2:15:11 PM
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png

Ha [redacted],
Weet niet of je deze had gezien, maar stuur hem je even door omdat hier ook aantal “learnings” van [redacted] in staan.
Grt
[redacted]

[redacted] J. [redacted]
[redacted]
GGD-Amsterdam
Email: [redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Mobile: [redacted]<tel:+[redacted]>

[redacted]

Sent from my iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted] <[redacted]@berenschot.nl>
Datum: 17 juni 2021 om 11:03:23 CEST
Aan: "[redacted]" <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>, "[redacted]" <[redacted]@ggdghor.nl>, [redacted] <[redacted]@ggdfryslan.nl>, "[redacted]" <[redacted]@vrln.nl>, "[redacted]" <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>, "[redacted]" <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>, [redacted]@ggdnog.nl
Onderwerp: FW: Learnings 14/6 & 15/6

Ter info

Van: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 00:21
Aan: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@berenschot.nl>; [redacted] <[redacted]@breathomix.com>
CC: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>; [redacted] van <[redacted]@ggdghor.nl>
Onderwerp: Learnings 14/6 & 15/6

Ha Allemaal,

De data staat weer in de Excel. Onderstaand een update mbt mijn bezoek van vandaag in Apeldoorn en Buikslotermeerplein en de learnings tijdens de analyse.

Buikslotermeerplein:

* In teststraat 9 en 10 is een nieuwe versie van de SpiroNose geplaatst;
* De temperatuur liep vandaag flink op in de teststraat. De temperatuur in de gemaakte hokjes was warmer (>25 graden) dan in de tent zelf. Wellicht is het goed om de temperatuur logs toe te voegen aan de Excel?
* Eén foutieve omgevingsmeting (8:50 uur, 15/6, teststraat 8) welke invloed heeft gehad op 7 metingen.
* Afname + resultaatinterpretatie gaat goed!

Apeldoorn:

* In testsstraat 5 is een nieuwe SpiroNose geinstalleerd;
* De koppeling van de Gateway in teststraat 6 was kapot; Ik heb de SpiroNose en Gateway uit teststraat 6 meegenomen voor reparatie. Wij zullen ervoor zorgen dat er een nieuwe set wordt geleverd. @[redacted] <[redacted]@breathomix.com>: pak jij dit op?
* Ik heb meegekeken met een aantal metingen in de teststraat en enkele praktische tips gegeven om de “breath hold” en “maximale uitademing” errors te verminderen.
* Learnings tijdens data analyse:
  * Extra focus op goede coaching van de breath hold is nodig.
* Resultaat interpretatie gaat goed!

Venray:

* In teststraat 1, 2, 3, 4, 7 en 8 staan nieuwe versies van de SpiroNose (vorige week al geinstalleerd);
* Learnings tijdens data analyse:
  * Extra focus op goede coaching van de breath hold is nodig.
  * Extra focus op goede coaching van de maximale uitademing en daarna het mondstuk loslaten is nodig.
* Verhoudingen lijken normal wanneer de MISLUKTE analyses worden genegeerd. Echter is het percentage MISLUKT relatief hoog.
* Resultaat interpretatie gaat goed!

Algemeen:

* Uitleg expert view code 10 “Anders” : Bevat zowel “dataverlies” als “error analyse script BreathBase”. Ik zal op een later tijdstip deze splitsen in code 10 voor data verlies en 11 voor error analyse script.
* Tijdens het doorlopen van alle ademcurves valt mij op dat alle regels die we samen hebben bedacht helaas ook een keerzijde heeft: er gaan helaas ook een aantal goede metingen verloren. Zoals eerder uitgelegd gaan alle checks die we uitvoeren (automatische door het system of de visuele check van de afnemer) ook gepaard met een aantal goede metingen die verloren gaan. Laten we er samen voor waken dat we niet alles potdicht timmeren waardoor er straks een stuk minder metingen doorheen komen.
* Helaas blijkt het voor Breathomix erg veel werk om elke dag alle curves van een Expert View te voorzien voor 3 locaties tegelijk. De inclusie van positieven gaat “helaas” niet hard. Met het huidige tempo en de verder dalende prevalentie wil ik jullie vragen om na te denken over een alternatieve werkwijze, omdat het simpelweg voor Breathomix niet nog dagen/weken/maanden vol te houden is. Tenslotte is het voorziene en afgesproken werk inmiddels voor ons verdrievoudigd.

Fijne avond,

Groetjes,
5.1.2e

5.1.2e 5. 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com<5.1.2e @breathomix.com>
W: www.breathomix.com<http://www.breathomix.com/>

[5.1.2e @5.1.2e <https://www.linkedin.com/company/breathomix/> [5.1.2e @5.1.2e
<https://twitter.com/breathomix> [5.1.2e @5.1.2e] <https://www.instagram.com/breathomix/>

[5.1.2e @5.1.2e

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer