To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e @vrln.nl]; 5.1.2e @ggdnog.nl]; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggdfryslan.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @vrln.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdnog.nl]
From: 5.1.2e 5 5.1.2e
Sent: Thur 6/24/2021 11:15:35 AM
Subject: FW: Checks in BreathBase
Received: Thur 6/24/2021 11:15:43 AM

Beste allen,

Bij deze de quality checks zoals BreathBase ze uitvoert.
5.1.2e , sturen jullie hem intern door naar wie dit moet weten? De 5.1.2e staan al in de cc.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5. 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 19:38
Aan: 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @berenschot.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e e < 5.1.2e @ggdghor.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Onderwerp: Checks in BreathBase

Ha 5.1.2e en 5.1.2e ,

Onderstaand het lijstje met quality checks BreathBase.

Controles die automatisch worden uitgevoerd door het BreathBase platform zijn:

- Minimaal 4 en maximaal 6 normale ademhalingen;
- Minimaal 4 en maximaal 14 seconden adem vasthouden;
- Minimaal 6 seconden langzaam uitademen;
- Duidelijk gedefinieerde piek waarneembaar tijdens de laatste uitademing;
- Na de langzame, maximale uitademing moet een inademing gemeten zijn;
- Missende datapunten tijdens de afname (threshold >5 datapunten);

Deze info staat overigens ook in ons resultaat interpretatie document.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5. 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.