**To:** [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
**From:** [redacted]
**Sent:** Fri 2/5/2021 2:14:54 PM
**Subject:** RE: Rai 2
**Received:** Fri 2/5/2021 2:15:04 PM

Hoi [redacted],

Fijn dat een deel van de problemen al zijn opgelost! Klopt het dat er nu nog 1 apparaat (van onderstaande foto) is dat enkel te hoge uitslagen weergeeft? Dan gaan we dit nog na. Kun je het laten weten als
Hierin iets veranderd? Een laatste mogelijkheid is dat er toevallig (dit kan natuurlijk gebeuren) inderdaad veel mensen positief testen voor COVID-19, maar dit kan je alleen zelf nagaan met de PCR natuurlijk. We horen graag de uitkomst.

Met vriendelijke groeten,
[redacted]

[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

**From:** [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
**Sent:** Friday, 5 February 2021 14:54
**To:** [redacted]@breathomix.com>
**Subject:** RE: Rai 2

**[CAUTION!]** Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

De consequent te hoge uitslagen enkel op onderstaand apparaat.




Voor 13.30uur ook vreemde uitslagen op de andere apparaten.
De melding “Device stop attempted for wrong measurement” was eenmalig (voor 11uur) en onbekend voor ons wat hiermee te doen… meting bleef inderdaad doorgaan.
Het is mij niet bekend wanneer dit exact gebeurde.

Na 14uur gingen 2 enose apparaten beter.. zie onderstaande. Bovenste 4 leken het weer naar behoren te doen..
Hebben jullie rond dit tijdstip iets gedaan?




5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

**GGD Amsterdam**

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e @breathomix.com>
**Verzonden:** vrijdag 5 februari 2021 14:47
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: Rai 2

Hoi 5.1.2e,

Was de uitkomst waarde te hoog alleen het geval bij onderstaand apparaat? Aan de telefoon vertelde je dat het probleem zich bij alle apparaten voordeed.
Nog een andere vraag over de melding: “Device stop attempted for wrong measurement”. Kwam dit achter elkaar bij 1 apparaat voor? Of gedurende de dag?
En wanneer gebeurde dit? Toen de testers een reguliere meting wilde stoppen? En gebeurde dit eenmalig en lukte het daarna wel om de meting te stoppen?

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

5.1.2e
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
**Sent:** Friday, 5 February 2021 14:42
**To:** 5.1.2e 5.1.2e @breathomix.com>
**Subject:** FW: Rai 2

**[CAUTION!]** Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Beste 5.1.2e,

Bij onderstaand apparaat is de uitkomst vanaf vanmiddag telkens "te hoog" > 0.7

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

**GGD Amsterdam**

**T** 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Weesperplein 8, Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e
**Verzonden:** vrijdag 5 februari 2021 14:24
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
**Onderwerp:** Rai 2


Serial: 1000787
MAC: 68:27:19:81:B5:C8


Measuremen 5.1.2e
5.1.2e
eNose score SARS-CoV-2 infection
Analysis successful
Sensor 100
Sensor 101
Sensor 102
Sensor 103
Sensor 200
Sensor 201
Sensor 203


Breathomix
Dashboard
Devices
Studies
Measurements
Profile
Support
My measurements 5.1.2e
Download
Search measurements...
ID
Study
Measurement
Survey
Submitted
Device ID
Nose ID
Performed By
5.1.2e
Covid-19 RAI
GW-1000724
40118
5.1.2e
Breathomix ©2020 - Powered by Microsoft and Technoworks

Mvg

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

GGD Amsterdam
T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer