De software van Breathomix beoordeelt in >99% van de gevallen meting op dezelfde manier als experts

CONCEPT

Afgenomen testen
[# testen, 29-jan t/m 9-feb]



Toelichting

- Experts van Breathomix hebben alle >3k afgenomen spectra geanalyseerd die sinds 29 januari door software zijn beoordeeld
- In 25 gevallen (<1%) heeft de software een negatieve uitslag gegeven waar *expert opinion* doorsturen naar PCR/LAMP is
- In >99% van de gevallen heeft de software de spectra correct beoordeeld

Er zijn momenteel 13 cases bekend van (mogelijk) fout-negatieven; meer dan helft gevolg van menselijk fouten

CONCEPT

Toelichting op gevonden cases



1

[1] Omgaan met deze melding is onderdeel van de training van de afnemer.