To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 6/11/2021 3:07:39 PM
Subject: RE: ambient meting
Received: Fri 6/11/2021 3:07:44 PM

Beste [redacted],

Dat gebeurt zo nu en dan. Op het moment dat de gateway in standby staat en je een nieuwe meting kan starten, is er geen probleem. Dit kan door jullie helaas niet voorkomen worden of opgelost, dit heeft te maken met de bereikbaarheid van de server bij Microsoft.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: [redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Sent: Friday, 11 June 2021 15:23
To: [redacted]@breathomix.com>
Subject: ambient meting

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hoi,

Wij hebben een ambient meting met ID: [redacted], die in progress blijft. Echter kunnen wij wel nieuwe metingen starten op deze spironose en geeft de gateway ook aan stand by te zijn.
Wij vroegen ons af wat hier mee te doen, wat de oorzaak zou kunnen zijn en hoe we dit kunnen voorkomen/oplossen.

Locatie: Amsterdam Noord, Buikslotermeerplein

groet,

[redacted]
[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl

ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer