Meting Big Shots zonder stemgeluid, muziek overheerst enorm

Meting eerste 30 seconden , daarna hoorde de inspecteurs dat de muziek opeens zachter ging

1SA0061.SVL : Header information					
Device type	SV 971A				
Serial No.	143572				
Internal software version	1.07.4				
Filesystem version	1,06				
Preamplifier S/N	141842				
Original file name	1SA0061				
Measurement time	17:21,1				
Measurement date [d-M-yyyy]	4-6-2024				
Device function	1/3 Octave				
Pre Calibration type	By measurement				
Pre Calibration date	6-4-2024				
Pre Calibration time	00:18:26				
Post Calibration type	By measurement				
Post Calibration date	6-4-2024				
Post Calibration time	01:34:16				
Channel input	Mic.				
Measurement range	Low				
Mic. compensation	On				
Mic. compensation filter	Free field				
Windscreen	On				
Pre Calibration factor	-0.7 dB				
Pre Calibration level	94.0 dB				
Post Calibration factor	-0.7 dB				
Post Calibration level	94.0 dB				

Calibration drift	-0.1 dB				