Betreft	*Expertteam ademtest*
Vergaderdatum en -tijd	22 maart 2021 9.00– 10.00
Vergaderplaats	Via Webex
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5. 5.1.2e 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verhinderd	

1.	**Actie/besluit 2021-3-16**	
2.	5.1.2e vraagt bij uitrolteam naar mogelijkheid om tussentijdse evaluatie te ontvangen na 2-3 dagen dubbel draaien.	Voltooid
3.	5.1.2e vraagt toelichting over plannen voor ademtest buiten teststraten uit.	Uitgevraagd, plannen nog niet ontvangen
4.	**Actie/besluit 2021-3-22**	
5.	5.1.2e deelt opmerkingen bij kwaliteitshandboek en risico-analyse met uitrolteam.	
6.		

Kwaliteitshandboek en risico-analyse
Vrijdag (19-3) is het voorlopige kwaliteitshandboek en de risico-analyse met het expertteam gedeeld. Naar aanleiding van die stukken zijn de volgende vragen aan het uitrolteam gesteld:

"Namens het expertteam wil ik waardering uitspreken voor de stappen die zijn gezet. Het expertteam is van mening dat er grote stappen vooruit zijn gezet.

Aanvullend heeft het expertteam nog enkele vragen:

1) *In hoeverre zijn de mensen die de analyse van de fout-negatieven hebben uitgevoerd ook betrokken geweest bij het opstellen van deze risicoanalyse?*
2) *Bij punt 17 in de risicoanalyse wordt het invoeren van de uitslag als mogelijk risico gezien. Als beheersmaatregel wordt het uitgebreide opleidingsplan en de supervisie door de key user genoemd. Is daar een ander controlemechanisme overwogen?*
3) *Bij de analyse van enkele de 'cases' was ook sprake van niet geregistreerde barcodes. Is ook in dat risico voorzien? (Punt 9 verwijst naar de verkeerde koppeling)*
4) *In Tabel 7 worden waarschijnlijk fout-negatieven bedoeld?"*

Verdere uitrol
Vanuit het uitrolteam is aangegeven dat de robuuste verificatie in Venray waarschijnlijk langer gaat duren dan de uitrol in Amsterdam, omdat er minder apparaten beschikbaar zijn. Het expertteam heeft eerder haar voorkeur voor een tweede robuuste verificatie uitgesproken en blijft bij dat standpunt staan.

Als de robuuste verificaties positieve resultaten opleveren, volstaat in het vervolg een

minder uitgebreide verificatie. In die situatie kan er gedacht worden aan dubbeldraaien tot bijvoorbeeld 20-30 positieven. Hoe de monitoring moet worden ingericht, is afhankelijk van de resultaten van de robuuste verificatie. Het is wenselijk om voor de monitoring periodiek dubbel te draaien.

Spoor 2
Binnen het expertteam is gesproken over haar eigen rol in relatie tot de pilots in spoor 2. Het expertteam is bereid ook over een kwaliteitskader in spoor 2 te adviseren.

In de Botlek is een pilot met preventief testen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ademtest.