Analyse Spironose ademtesten Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Nieuwe rapportage platte data

Op basis van gegevens
16/06/2021 – 18/06/2021

Weekrapportage

Totaaloverzicht uitslagen

16/06/2021 – 18/06/2021



* De barcode van de client is niet gescand in de Breathbase applicatie (registratiefout).

Totaaloverzicht uitslagen

16/06/2021 – 18/06/2021



Overzicht Dubbeldraaien Apeldoorn

16/06/2021 – 18/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT				
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT				
Niet geslaagd, o.b.v afnemer			9	**9**
Analyse onzeker				
Analyse mislukt		13		**13**
Onbepaald (> 0,3)	1	42		**43**
Negatief (≤ 0,3)		7		**7**
Totaal	**1**	**71**		**72**

- Sensitiviteit 1,00 (1/1) betrouwbaarheidsinterval**: 0,03 ; -
- Specificiteit 0,10 (7/71) betrouwbaarheidsinterval**: 0,04 ; 0,19

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Overzicht Dubbeldraaien Buikslotermeerplein

16/06/2021 – 18/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		4		**4**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		3		**3**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	3	26		**29**
Analyse onzeker				
Analyse mislukt	1	34		**35**
Onbepaald (> 0,3)	2	54		**56**
Negatief (≤ 0,3)	2	84	1	**87**
Totaal	**8**	**205**	**1**	**214**

- Sensitiviteit 0,75 (6/8) betrouwbaarheidsinterval**: 0,35 ; 0,97
- Specificiteit 0,41 (84/205) betrouwbaarheidsinterval*: 0,34 ; 0,48

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Overzicht Dubbeldraaien Venray

16/06/2021 – 18/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		2		**2**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		2		**2**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	2	24		**26**
Analyse onzeker				
Analyse mislukt		29		**29**
Onbepaald (> 0,3)		8		**8**
Negatief (≤ 0,3)		31		**31**
Totaal	**2**	**96**		**98**

- Sensitiviteit 1,00 (2/2) betrouwbaarheidsinterval**: 0,16 ; -
- Specificiteit 0,32(31/96) betrouwbaarheidsinterval*: 0,24 ; 0,42

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)
** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval interval (alpha = 0,05)

Opmerkingen

1. Van een aantal personen is de barcode niet ingescand in Breathbase. Hierdoor is de betreffende Breathbase uitslag niet te achterhalen. Op basis van de invoer in CoronIT is wel te achterhalen welke uitslag de cliënt (schriftelijk) heeft mee gekregen.

2. Bij verscheidene cliënten zijn na het afnemen van de ademtest afspraak meerdere PCR testen afgenomen. Deze cliënten worden als 1 afname meegenomen. De eerste niet "onbekende" uitslag is hierbij leidend.

3. Bij meerdere (14) cliënten is de uitslag van de ademtest als "onbekend" geregistreerd in CoronIT. Dit lijkt een registratiefout te zijn, die voordoet wanneer een afnemer de uitslag niet juist geregistreerd of niet de juiste rechten heeft om deze afname te kunnen registreren. 13 van deze registratiefouten zijn voorgekomen in Venray, meestal op 17-06. In de verdiepende analyse zal hier verder op worden in gegaan.

Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Nieuwe rapportage platte data

Op basis van gegevens

16/06/2021 – 18/06/2021