Analyse Spironose ademtesten Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn


Nieuwe rapportage platte data

Op basis van gegevens
07/07/2021 – 09/07/2021

Weekrapportage

Totaaloverzicht uitslagen


07/07/2021 – 09/07/2021



* De barcode van de client is niet gescand in de Breathbase applicatie (registratiefout).

Totaaloverzicht uitslagen

07/07/2021 – 09/07/2021



* De barcode van de client is niet gescand in de Breathbase applicatie (registratiefout).

Overzicht Dubbeldraaien Apeldoorn

07/07/2021 – 09/07/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		1		**1**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		1		**1**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	4	33		**37**
Analyse onzeker		1		**1**
Analyse mislukt	6	12		**18**
Onbepaald (> 0,3)	12	93		**105**
Negatief (≤ 0,3)	7	43		**50**
Totaal	**29**	**184**	**0**	**213**

Overzicht Dubbeldraaien Buikslotermeerplein

07/07/2021 – 09/07/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		1		**1**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT			2	**2**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	2	21		**23**
Analyse onzeker				**0**
Analyse mislukt	2	12	2	**16**
Onbepaald (> 0,3)	19	85	1	**105**
Negatief (≤ 0,3)	5	52		**57**
Totaal	**28**	**171**	**5**	**204**

Overzicht Dubbeldraaien Venray

07/07/2021 – 09/07/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT				**0**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		3		**3**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	2	30		**32**
Analyse onzeker		1		**1**
Analyse mislukt	5	52		**57**
Onbepaald (> 0,3)		11		**11**
Negatief (≤ 0,3)	2	47		**49**
Totaal	**9**	**144**	**0**	**153**

Opmerkingen

1. Onder de PCR uitslag "onbeoordeelbaar" worden ook uitslagen geschaard waarvan de uitslag tot op heden onbekend is, aangezien deze in CoronIT ook als "onbeoordeelbaar" worden aangeduid.
2. Bij verscheidene cliënten zijn na het afnemen van de ademtest afspraak meerdere PCR testen afgenomen. Deze cliënten worden als 1 afname meegenomen. De eerste niet "onbekende" uitslag is hierbij leidend.
3. Bij één cliënt in Amsterdam is de uitslag van de ademtest als "onbekend" geregistreerd in CoronIT. Dit lijkt een registratiefout te zijn, die voordoet wanneer een afnemer de uitslag niet juist geregistreerd of niet de juiste rechten heeft om deze afname te kunnen registreren. Deze metingen worden op dit moment niet meegenomen in de rapportage, maar zullen worden toegevoegd wanneer de uitslag bekend is. In de verdiepende analyse zal hier verder op worden in gegaan.

Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Nieuwe rapportage platte data

Op basis van gegevens

07/07/2021 – 09/07/2021