**Update per dag E-nose 20-1-2021**

**1. Doorlooptijden: 1ste administratie balie Spironose; afname Spironose; 2de administratie Spironose**

Persoon 1
Admin 00:59
Alleen afname 2:29

Persoon 2
Admin 00:56
Afnemer: 2:57

Persoon 3
Admin 1:37
Afname 2.09

Persoon 4 t/m6
Hele proces 3:42
Hele proces 3:09
Hele proces 3.33

Dit zijn tijden wanneer het niet druk is en de patiënt gelijk door kan lopen van admin naar testafnemer.

Soms moet de patiënt wachten bij de admin om er nog een patiënt op de blauwe stip in gang wacht. Dan duurt het gehele proces voor die patiënt langer: 6:51 minuten.
Dit is het geval bij drukte.

**2. Aantal mensen die gebruik gemaakt hebben van de Spironose t.o.v. het aantal geplande mensen**
Afspraken geweest: 304
No shows: 15
Enose 190
Onbeoordeelbaar 41

**3. Suggesties voor verbeteringen**
Ik heb gevraagd om de naam van de agenda GGD Amsterdam Buikslotermeerplein enose te veranderen naar: GGD Amsterdam Buikslotermeerplein Onbeoordeelbaar ?
Het komt wel eens voor dat andere personen een afspraak in deze agenda plannen voor een patiënt die graag met de e-nose getest wilt worden. Ik wacht nog op antwoord .

**4. Opvallende zaken**

De procedure met de dubbele stickers is verwarrend en complex voor de meeste. De floormanager en de ondersteuners bij de e-nose moeten goed op de hoogte zijn en dezelfde procedure hanteren. Dit is iets gewijzigd tov de vorige keer.

**5. Risico's op kruisbesmettingen**

Hygiëne handhaven is voor sommige lastig bij de e-nose. Hoe schrijf je hygiënisch het metingsnummer op het formulier. Hoe houdt je het toetsenbord en muis schoon. Ik denk zelf dat de handschoenen veel vaker verwisseld moeten worden en hun handen vaker met het doekje schoon gemaakt dient te worden. Er wordt geen duidelijke lijn gehanteerd en het besef dat de handschoenen 'besmet' zijn is bij sommige niet groot.

**6. Weten de medewerkers wat ze moeten doen? Hoe komt dit? En kunnen we dit verbeteren?**

- Het wisselteam kunnen we gebruiken om de medewerkers in te werken op e-nose aangezien ze tot 9.30 uur niks te doen hebben. Dit moeten 'ervaren ' medewerkers zijn en die goed uitleg kunnen geven.

- E-nose meting pas aan het einde van je uitleg aan zetten en ook meting uitzetten zodra de lijnen vlak zijn, om ruis te voorkomen.

- Misschien is het handig om een extra hygiëneprotocol voor de e-nose te schrijven?

**7. Overige**

Er is een nieuwe versie 453 van het breathbase platform, maar deze kom niet tevoorschijn. Hierbij de aantekeningen die ik heb gekregen van 5.1.2e voor de nieuwe versie. Ze zet het nog op de mail. Morgen komen ze langs voor straat 7+8 maar zullen ook kijken waarom de update versie niet mee wordt genomen.