
Eerste drie draaidagen ademtest laten hoog percentage onbeoordeelbaren en fout-negatieven zien

Uitslagen ademtest tijdens eerste drie dagen robuuste verificatie
[aantal testen, verdeling naar uitslag ademtest]



- Gedurende de eerste twee draaidagen zijn **ook 4 fout-negatieven** gevonden, op een totaal van 28 negatieve testen
- Breathomix heeft data nog niet gedeeld, maar draait zelf analyses en geeft aan:
  - Afnemers hadden alle fout-negatieven moeten afkeuren o.b.v. expertoordeel
  - Omgevingsmetingen op zaterdagochtend waren incorrect, wat mogelijk tot hoog percentage onbeoordeelbaren heeft geleid

CoronIT, interview Breathomix, analyse Gupta trategists.