To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e@ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e@breathomix.com]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e@ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Sun 1/31/2021 10:43:12 AM
Subject: FW: Overdracht / ontwikkelingen 30-1-2021
Received: Sun 1/31/2021 10:43:13 AM

Hi 5.1.2e,

Is het nog nodig om de updates mbt de e-nose naar je toe te mailen? Wij schrijven iedere dag een overdracht, dus we kunnen het relevante gedeelte over de e-nose naar jou door mailen als je dat wilt.
Zie onder voor overdracht 31 januari.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: zaterdag 30 januari 2021 17:01
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Overdracht / ontwikkelingen 30-1-2021

E-nose

- De derde 'wacht hier'-sticker die vlak voor de e-nose staat, is overbodig. Ten eerste wil breathomix niet dat de patiënt voor het apparaat wacht ivm parfum. En de patiënt staat ontzettend dichtbij de afnemer te wachten terwijl de afnemer schoonmaakt. Ook moet de afnemers vlak voor langs de patiënt om de handen te desinfecteren. Totaal niet handig dus!
- E-nose agenda voortaan tot 16.30 uur open zetten, anders kan de laatste patiënt niet meer in de agenda gezet worden wanneer deze iets later is of wanneer de test wat langer duurt.
- Eigenlijk zijn er 2 floormanagers nodig voor de e-nose. Het is bijna niet te doen om in je eentje alle troubeshoots op te lossen. Wij hebben 2 extra ondersteuners (aan iedere zijde één ondersteuner) omdat er geen floormanager aanwezig was die ingewerkt is op de eonose. De ondersteuners zijn medewerkers die goed zijn ingewerkt op de e-nose.
- Morgen proberen we het zonder e-nose host, zodat we patiënten niet meer laten kiezen maar gelijk door sturen voor e-nose of PCR. Belangrijke taak ligt dus bij de admin van e-nose

om de patiënt in te lichten.

- De verwarming werd even hoger gezet, maar dit had direct invloed op de waarden. Dit mag absoluut niet meer gebeuren! 5.1.2e communiceert dit naar de rest van zijn collega's. Het zal wellicht kouder zijn de komende tijd, de medewerkers moeten zich warmer gaan aankleden.
- De ventilatie is hoger gezet, omdat de waarden omhoog liepen. (waarschijnlijk omdat de temperatuur hoger was gezet)

Extra aandachtpunten voor medewerkers:

- Volledig uitloggen wanneer je van plek wisselt.
- Instrueer de patiënt dat ze het mondstuk echt niet los moeten laten, anders moeten ze naar PCR.
- Diep en snel inademen, **5 sec vasthouden! en zo langzaam mogelijk uitademen!**
- Minimaal 2 keer kalibreren. 1x bij het opstarten en 1x in de grote pauze. In de grote pauze wordt het soms vergeten.
- Bij een waarde rondom de 10 hoef je tegenwoordig niet meteen te stoppen. De test geeft vanzelf aan of de analyse gelukt is. Houdt het wel in de gaten, want het zegt wel iets over de luchtkwaliteit.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

ggd.amsterdam.nl