To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Sun 1/24/2021 2:37:29 PM
Subject: Suggesties, opmerkingen e-nose
Received: Sun 1/24/2021 2:37:30 PM

Hoi allen,

Hierbij nog de laatste suggesties en opmerkingen na ons overleg over de e-nose. Een aantal hiervan zijn al geappt naar 5.1.2e.

Suggesties

Uitslag 'positief' verwijderen uit coronit!

Het komt wel eens voor dat medewerkers de verkeerde uitslag aanvinken. Op het moment dat per ongeluk 'positief' wordt aangeklikt terwijl de uitslag negatief of onbeoordeelbaar is, volgt een bron- en contactonderzoek en krijgen patiënten de verkeerde uitslag te zien in Digid.

Aangezien dit een uitslag is wat nooit voorkomt bij de e-nose hoeft dit als optie bij de uitslag te staan. Negatief en onbeoordeelbaar volstaat.

Measurement ID koppelen in Coronit.

Momenteel schrijven we dit handmatig op de toestemmingsformulieren en moeten we weer tussen de 'vieze' formulieren zoeken wanneer we de gegevens van een persoon of meting willen weten. Dit vergt ontzettend veel tijd. Ook zullen we op een gegeven moment af stappen van de toestemmingsformulieren. Dan is nergens de measurement ID te vinden.

Patiënten voor de e-nose in een aparte agenda in coronit.
Of in ieder geval een manier vinden waarop we de e-nose afspraken apart kunnen filteren om in één oogopslag te kunnen zien welke en hoeveel patiënten de blaastest hebben afgenomen.
Zo kunnen de cijfers beter worden bijgehouden van het aantal blaastesten. Momenteel tellen we steeds handmatig de 'vieze' formulieren. Het handmatig tellen is ook niet handig wanneer er straks in grote aantallen getest wordt.

Een voorbeeldgrafiek van hoe een juiste grafiek er uit moet zien.
Sommige medewerkers weten wellicht niet hoe een goede grafiek er uit moet zien. Als na een blaastest een voorbeeldgrafiek tevoorschijn kan komen, kan er ter plekke vergeleken worden.

Grotere letters van de verschillende checks en driehoek (voor onbeoordeelbaar) duidelijker in beeld.
Wellicht als een soort pop-up die je weg moet klikken. Momenteel is het bijna niet zichtbaar. Het driehoekje is erg klein en de checks zijn onderin niet goed zichtbaar.

Bij te hoge of instabiele waarden een check inbouwen waardoor er niet gemeten kan worden wanneer dit het geval is . Anders krijg een je onbetrouwbare meting.

Belangrijke punten voor medewerkers

- Altijd uitloggen wanneer je de teststraat verlaat.

  Anders sta je met de verkeerde neus gekoppeld aan het account wanneer je naar een andere teststraat verplaatst en daar weer inlogt. Ook kunnen collega's niet inloggen op die computer wanneer je nog niet hebt uitgelogd.

- Geen parfum dragen. Dit zorgde voor hoge waarden.

- Zolang we werken met toestemmingsformulieren:

Altijd measurement ID noteren op het algemene toestemmingsformulier. Zowel bij proefpersonen als bij patiënten voor e-nose. Proefpersonen vullen dus altijd 2 formulieren in.

- Gebruikte pennen uit zicht van de patiënt desinfecteren en op een daarvoor bestemde plek, bijvoorbeeld de omkleedruimte. De omloop of wissels kunnen dit doen. Soms werd dit gedaan op de plek waar de admin zit, maar dit levert besmettingsgevaar op voor de admin.

- De coördinator of floormanager kan eventueel vanaf zijn computer inloggen op Breathbase om alle neuzen alvast te kalibreren. Zo hoef je niet te wachten tot alle medewerkers aanwezig zijn op de teststraat voordat er gestart kan worden met kalibreren. Dit zorgt voor een snellere opstart van de dag.

- Test niet opnieuw uitvoeren bij Analysis uncertain of error, maar gelijk doorsturen naar PCR.

Als er vragen zijn horen we het graag!

Groet,

5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

ggd.amsterdam.nl