To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
Cc: [redacted]@planet.nl]; [redacted]]
From: [redacted] | Gupta Strategists
Sent: Thur 5/20/2021 9:33:31 AM
Subject: 210520 Data-interpretatie deel II slide 3.pptx
Received: Thur 5/20/2021 9:33:38 AM
210520 Data-interpretatie deel II slide 3.pptx

Hallo [redacted],

[redacted]

Voor het gemak van lezen op telefoon ook even de tekst hier:

Locatie RAI is gekozen als een van de twee 'robuuste verificatie'-locaties, onder andere om de duizenden blaastesten die op deze locatie zijn afgenomen in twee validatiestudies (zomer en najaar 2020) en de ervaring die GGD Amsterdam heeft met het ontwikkelen en implementeren van de ademtest.

Ondanks de succesvolle validatiestudies, zijn er zorgen geuit over de geschiktheid van de locatie. Met name over de nabijheid van de autoteststraat tot de ademtesten. Locatie RAI kon bij aanvang van de verificatie niet voldoen aan alle door Breathomix gestelde randvoorwaarden in de Site Acceptance Test (SAT), door de nabijheid van de autostraat. Er zijn na de validatiestudies wel extra maatregelen getroffen om luchtverplaatsing tussen de twee straten te beperken, zoals permanent sluiten van deuren en plaatsen van zware gordijnen en verkleinende panelen.

In plaats van een volledig geslaagde SAT is gezamenlijk besloten tot een meerdaagse doorlopende omgevingsmeting. Deze meting wees uit dat 7 apparaten in een stabiele omgeving liggen en dus bruikbaar zijn voor de robuuste verificatie. GGD GHOR, Breathomix en GGD Amsterdam hebben voor aanvang gezamenlijk besloten dat gebruik van deze 7 apparaten het vertrekpunt was voor de robuuste verificatie en zijn vervolgens gestart met dubbeldraaien.

Nu de resultaten van het begin van deze robuuste verificatie afwijken van de validatiestudies beginnen vragen over de geschiktheid van RAI als locatie op te spelen. Uit de data valt niet goed op te maken of de omgeving correleert met de afwijkingen. Er zijn afwijkende omgevingsmetingen te zien, maar op dagen dat de omgevingsmetingen slagen zijn dezelfde afwijkingen te zien. Er zijn geen grote schommelingen in temperatuur te zien, maar ook deze informatie op zichzelf schept geen compleet beeld.

Voorstel van GGD Amsterdam is om uit te breiden naar de locaties Amsterdam Buikslotermeerplein (Noord). Locatie Noordis volledig ontworpen met het accommoderen van de ademtest in het achterhoofd. De locatie is voorzien van warmtepompen om de temperatuur constant te houden, zo goed mogelijk afgesloten hokjes om toch tegen te houden, (wat nog meer?). Uitbreiden naar deze locatie kan extra inzicht bieden in de rol van de omgeving op de ademtest. Locatie Noord is op dit moment bijna klaar om te starten. Einde van deze week is de locatie volledig omgebouwd en heeft Breathomix de locatie ook kunnen keuren en accepteren. Er zijn inmiddels key users en afnemers getraind die op de locatie aan de slag kunnen gaan.

Groet,

[redacted]

[redacted]
GUPTA STRATEGISTS

[redacted]
[redacted]@gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted

incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.