To: [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]; [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 1/8/2021 6:28:57 AM
Subject: Re: Proef handen desinfectie PCR impact SpiroNose
Received: Fri 1/8/2021 6:29:01 AM

Ha allemaal!

Mijn collega heeft net 2 neuzen aangezet om vandaag alleen de omgevingslucht mee te meten. Dit zijn device 469 (straat 8) en device 489 (straat 7). Zij heeft wat metingen van gisteren einde middag bekeken en vertelde me dat gistermiddag de omgevings sensoren weer waarden die aan de hoge kant liggen lieten zien. Dus om zeker te zijn dat de omgeving stabiel genoeg blijft bekijken we graag vandaag met 2 neuzen wat die omgevingslucht nu precies doet gedurende de dag. Is bovenstaand voor jullie OK? Dat betekend wel dat de neuzen in straat 7 en 8 vandaag niet gebruikt kunnen worden.

Wat betreft de handdesinfectie. Morgenochtend zal ik zorgen dat er mensen van ons beschikbaar zijn om mee te kijken met de sensor waarden wanneer jullie de proef met alcohol starten. Belangrijk is namelijk dat zodra waarden echt boven een limiet komen dat we de eNose teststraten sluiten omdat de metingen dan niet meer betrouwbaar zijn. Vandaag kunnen we de proef helaas niet doen aangezien ons team de hele dag bezig is een strikte deadline voor een audit te halen.

Tenslotte nog 2 punten van aandacht:

- Teststraat 8 heeft gisteren geen omgevingsmeting gedaan tijdens lunchpauze. Belangrijk is om echt goed erop te letten dat men voor alle eNosen aan het begin van de dag en tijdens lunchpauzes een omgeving meting uitvoeren. Vaker mag altijd! Een omgeving meting moet ook uitgevoerd worden op deze momenten als de status van het device nog op ready staat.

- 2 devices zijn nog niet verbonden met Internet. Wat is daarvoor het plan? Is dit iets wat bij ons ligt?

Bedankt en succes weer vandaag! Voor vragen zijn we natuurlijk gewoon altijd bereikbaar!

Groetjes,
[redacted]

Outlook for Android downloaden

[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Verstuurd: donderdag 7 januari 2021 21:22
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: Proef handen desinfectie PCR impact SpiroNose

Morgen dan ook bij PCR DeBritt doekjes afwisselens gebruiken! Niet alleen Pure, net als bij blaastest. Dat scheelt de helft.

Bij vragen, ik ben vanaf ongeveer 8 uur vroeg bereikbaar.

Groetjes,
[redacted]

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------

Van: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Datum: 07-01-21 20:59 (GMT+01:00)
Aan: "5.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>, "5.1.2e.1.2e, 5.1.2e" <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>, "5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>
Cc: 5.1.2e 5.5.1.2e <5.1.2e@breathomix.com>
Onderwerp: RE: Proef handen desinfectie PCR impact SpiroNose

Hallo Allemaal,

Ik heb net contact gehad met 5.1.2e hierover.
Als we weer alcohol gebruiken in de PCR straten voor de handdesinfectie is het belangrijk om een van de Spironoses aan te zetten voor een omgevingsmeting.

Dit kan Breathomix op afstand doen. Morgen lukt helaas niet.

Vraag is dus om morgen nog met Pure te werken en zaterdag alcohol te gebruiken voor de handdesinfectie.

5.1.2e laat in reply op deze mail weten als ze de omgevingsmeting aangezet hebben. Pas na deze go moeten we deze proef starten.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M 5.1.2e
5.1.2e@ggd.amsterdam.nl<5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 16:43
Aan: 5.1.2e 5.5.1.2e
CC: 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Proef handen desinfectie PCR impact SpiroNose

Hallo 5.1.2e,

Zoals je weet heeft de handdesinfectie met Sure wat nadelen.

Graag willen we experimenteren met handalcohol in de PCR straten. Mogelijk dat dit weinig impact heeft op de SpiroNose.

Hoe kunnen we hier checken of dat wel of geen impact heeft.

@ 5.1.2e, mogelijk dat jij dat weet.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten
Corona

GGD Amsterdam

T
M 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer