
To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 6/23/2021 11:05:59 AM
Subject: Temperatuur e-nose hokjes
Received: Wed 6/23/2021 11:06:05 AM

Hey 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik zat me te verdiepen in de temperatuurregistratie van Noord en ik merk op dat de e-nose hokjes constant een gemiddelde temperatuur hebben van 17 tot 18 graden, en de rest van de teststraat gemiddeld 19 graden. Ik vond dit opmerkelijk, omdat ik tijdens het aflopen van de checklist aangeleverd door bmx met 5.1.2e van Loveland had besproken dat de temperatuur binnen de hokjes idealiter altijd 20 graden is. Nou ging ik dit nog even dubbelchecken met de facilitiemanager en hij (5.1.2e) gaf aan dat de temperatuur vanaf het begin op 18 graden is ingesteld. Ik heb even de medprevent advies nogmaals doorgelezen en toch kom ik weer tot de conclusie dat wellicht het afwijkende temperatuur te maken heeft met onbeoordeelbare scores. Zie onderstaande tekst. Als ik dit verkeerd interpreteer hoor ik het graag, maar mijn advies is dus een constante temperatuur binnen de hokjes van 20 graden en dan kijken of dit verschil maakt in de hoeveelheid onbeoordeelbare uitslagen.



5. Temperatuurregulatie/Conditionering overige ruimte(n):
De afnameruimte dient op een constante temperatuur van 20°C te
werking te garanderen. Om ervoor te zorgen dat bij veelvuldige bi
de ruimte de temperatuur niet gaat schommelen dienen ook aanv
geconditioneerd. Hiermee is een afgesloten ruimte of een "klimaa
bij XL-Testlocaties. De klimaatsluis mag hierbij een temperatuur v
maximaal 23° C bereiken. Dit wordt specifiek per locatie benoemc

Ik constateer aan de hand van temperatuurregistratie ook dat:

12 Juni – 12 negatief en 11 onbeoordeelbaar, hokjes 5 en 6 gemiddeld 20 graden en hokjes 7 tot 12 gemiddeld 19,8 graden
14 Juni – 26 negatief en 14 onbeoordeelbaar, hokjes 7 tot 11 gemiddeld 19,9 graden en hokjes 5,6 en 12 gemiddeld 20,2 graden

Bovenstaande data is natuurlijk niet voldoende om een daadkrachtige verband te leggen, toch vind ik dit interessant om naar te kijken en/of in ieder geval bespreekbaar te maken. Ik ben natuurlijk constant bezig met afnemers en Key Users coachen, maar sommige aandachtspunten vallen buiten hun om en denk ik dus graag mee aan verbeteringen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer