Samenvatting evaluatie warmdraaien

8 juni 2021

Aanwezigen: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e *(GGD GHOR),* 5.1.2e 1.2e.

Algemeen beeld

5.1 5.1.2e en 5.1.2e hebben het beeld dat het systeem goed staat en dat het personeel op locatie Noord goed weet wat er moet gebeuren:

- De dag als geheel is goed verlopen. Key users hebben het warmdraaien als positief ervaren, omdat ze op deze manier laagdrempelig praktijkervaring konden opdoen in hun nieuwe rol.
- Het systeem staat goed en mensen weten goed wat ze moeten doen. Er was voldoende personeel aanwezig, de dag verliep ordelijk en de curves zagen er goed uit.
- Het personeel op locatie Noord straalt echt uit dat ze zin hebben om te beginnen. Bijdrage van 5.1.2e wordt zeer gewaardeerd. 5.1.2e grapt of het mogelijk is haar te klonen.
- Het begin van de ochtend was vrij druk en wat chaotisch verlopen, omdat er toen veel mensen tegelijk kwamen – inclusief veel kinderen die niet in aanmerking komen voor de ademtest.

Observaties

Gezamenlijke conclusie van 5.1 5.1.2e en 5.1.2e (GGD GHOR) is dat er geen observaties zijn die het starten met de robuuste verificatie in de weg staan:

- Belangrijkste aandachtspunt is dat de communicatie tussen *key* user en afnemer bemoeilijkt wordt door een afgesloten hokje. punt is nadenken over communicatie door het raam heen. Dit verhindert starten met robuuste verificatie niet, maar is wel een punt om op termijn te verbeteren. Eerste aangedragen oplossingen zijn: plaatsen microfoontje of camera.
- Ander aandachtspunt: SpiroNoses in twee hokjes staan tegen dezelfde muur aan. Dit zou een probleem kunnen opleveren als er een meting in een hokje loopt en schoonmaken van de wand in ander hokje voor trillingen zorg. Ook dit punt verhindert starten niet.
- Kleinere punten:
    - Looproute worden geoptimaliseerd. Het afbaken van noodroutes en scheiden van mensen bij smalle ingang leverde vandaag een leermoment op.
    - Morgen tijdens de dagstart wordt extra nadruk gelegd op een dubbele triage (door host en door de adminmedewerker); het is onduidelijk of dit vandaag altijd gebeurde bij de admin

Uitslagen

- Er zijn 34 testen afgenomen. Hiervan was de uitslag 4 keer negatief (11%); de rest was onbeoordeelbaar.
- Er zaten erg veel curves tussen waar uitslag curves boven de 0,3 was (<0,3 = negatief). In een enkel hokje was er zelfs geen enkele negatieve uitslag. Het gaat hier hoofzakelijk om uitslag 'onbepaald' en geen 'analysis failed' over een negatieve meting die door de afnemer wordt overschreven.

11614951 0193